

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocids-b3wdp1-MD-1735798269312 din 10.01.2025

Obiectul de achiziției: Consumabile medicale (teste rapide)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Bunuri:

Lotul 1						
Test rapid Step A, din exudat farinfian, caseta	GCSTR-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Step A, din exudat farinfian, caseta, include : Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Step A, din exudat farinfian, caseta, include : Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea: = 97.1 % Specificitatea : = 99.4 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 2.						
Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta	GCFLU (A/B)-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include: Tip A - sensibilitatea: = 92.6 % specificitatea : = 96.4 %; Tip B - sensibilitatea: = 90%, specificitatea : = 95.8 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9