

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti  
Tel: 0748296541; Fax 0314251217  
E-mail: office@omnittestlaborator.ro; www.omnittestlaborator.ro

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 494 data: 06.05.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei: Vopsea acrilica „Gama Color” Ultra Latex: proba nr. 347

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei: 12.04.2022 Data finalizării încercărilor: 05.05.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	3,06	-	SR EN ISO 11890-2:2020

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare DA  NU   
Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%  
\*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

### Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Conditii de testare – temp. injector:280°C ;raport de splitare: 30:1 volum injectat: 1µl; program de temperatura cuptor: temp. initiala, 40°C (5 minute); rata de incalzire: 10°C/min pana la 175°C, 20°C/min pana la 225 °C; temperatura detector: 300°C; make up: 25 µl/min; H2: 40 µl/min; aer: 400 µl/min; coloana: HP-5

Criteriu de clasificare COV: compusii au timpi de retentie inainte de cel al DEA

Solvent de extractie utilizat: apa

Metoda de calcul utilizata – pct. 11.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-2:2020;

Metoda de cuantificare: cu standard surogat

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării

### OPINII SI INTERPRETARI :-

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.


### ŞEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela




### EFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta



Cod FPG-L 19-01

Ex.nr.

♦ Cod Unic Inregistrare (CUI) 18085514 ♦ Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 18216 / 2005

♦ IBAN RO02BRE0002000196250100 ♦ Capital social subscris si varsat: 90 000 lei