

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21057434 din 29.06.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022 (repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	PP 5246	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace 22 mm ±10%, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund Ace 2 x HR 22 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	PP 5236	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75-90 cm, 2 ace, 17 mm ±10%, , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund Ace 2 x HR 17 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 2						
Lotul 3						
Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	PP 5222	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75-90 cm, 2 ace, 13 mm ±10%, , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund Ace 2 x HR 13 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	PP 5219	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 60-75 cm, 2 ace, 13 mm ±10%, , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund Ace 2 x HR 13 EP 0.7 USP 6/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)	PP 5209	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm ±10%, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund Ace 2 x HR 10 EP 0.5 USP 7/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 5						

Lotul 6						
Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr Monocanal, steril, apirogen, non-toxic. Lungimea cateterilor min. 80 cm;	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,10 ml	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr Monocanal, steril, apirogen, non-toxic. Lungimea cateterilor min. 80 cm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr Monocanal, steril, apirogen, non-toxic Lungimea cateterilor min. 80 cm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml	CE
Total lot 8						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23