

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul licitației:	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1633517296867	Data: 17 octombrie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziționarea sistem software PACS cu cheie acces compatibilă cu instalația radiologică Moviplan 800, inclusiv Stație de lucru, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS, REPETAT”	Lot nr.: <u>1</u>	Pagina: 1 din 2

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Sistem software PACS cu Cheie acces compatibilă cu instalația radiologică Moviplan 800, inclusiv Stație de lucru, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS (lot 1)					
Sistem software PACS cu cheie acces, inclusiv (poziția 1)	MedView	Franța	Medecom	Min. 1 Cheie licențiată la software PACS sau de acces pentru PACS existent	1 Cheie licențiată la software
Monitor Medical (poziția 1.1)	M260G	China	Jusha	• Monitor medical ≥ 2 MP; • TFT monochrome (IPS); • Diag.: ≥ 21”; • Rezoluție: $\geq 1920 \times 1080$ pix; • Unghi vizualizare: ≥ 176 grade (orizontal&vertical); • Contrast : $\geq 1000:1$; • Luminozitate: ≥ 800 cd/m2 HDMI si Display Port la fel ca si la statia de lucru	• Monitor medical 2 MP; • TFT monochrome (IPS); • Diag.: 21,3”; • Rezoluție: 1600×1200 pix; • Unghi vizualizare: 178 grade (orizontal&vertical); • Contrast : 1400:1; • Luminozitate: 1000 cd/m2 Video port: la fel ca și la statia de lucru
Stație de lucru (poziția 1.2)	Stație de lucru	China	Intel, Western Digital	• OS: Windows 10 Pro, 64 bit or similar; • Processor: $\geq$Intel i5, ≥ 9 Gen or equivalent; • RAM: ≥ 8 GB DDR IV; • HDD: $\geq 2 \times 4$ TB RAID; • DVD-RW;	• OS: Windows 10 Pro, 64 bit or similar; • Processor: $\geq$Intel i5, ≥ 9 Gen or equivalent; • RAM: ≥ 8 GB DDR IV; • HDD: $\geq 2 \times 4$ TB RAID; • DVD-RW;

				• Video: $\geq$ GeForce GTX 1660 GDDR6, 6GB, or equivalent; • Memorie: $\geq$ 30000 investigatii; • HDD extern: $\geq$ 1 TB. • Bloc de alimentare min. 600W • Tastatura USB; • USB Mouse; $\geq$ 2 HDMI or 2 Display Port	• Video: $\geq$ GeForce GTX 1660 GDDR6, 6GB, or equivalent; • Memorie: $\geq$ 30000 investigatii; • HDD extern: $\geq$ 1 TB. • Bloc de alimentare min. 600W • Tastatura USB; • USB Mouse; Video Porturi : HDMI și Display Port
Imprimanta laser (poziția 1.3)	Laser Jet Pro M102a	China	HP	printer alb/negru pentru rapoarte: Laser, A4, Interfata USB	printer alb/negru pentru rapoarte: Laser, A4, Interfata USB
UPS (poziția 1.4)	pro 1000	Finlanda	SVEN	min 1000 VA	1000 VA
Training software pentru personalul medical (poziția 1.5)	Da, inclus			La darea în exploatare	La darea în exploatare
Setarea calculatorului pentru conectarea cu X-ray (poziția 1.6)	Da, inclus			pentru primirea datelor prin DICOM	pentru primirea datelor prin DICOM

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)