

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699258589751 / 21114362 din: 27.11.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Implanturi spinale (Repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1.1	Bara longitudinală	12100055500	Turcia	BONEGRAFT BIOMATERIALS	Material : Cobalt crom sau Cobalt crom plus, compatibil CT si RMN Suprafata neteda si dreapta Diametru : 5.5 si 6.0mm Lungime: standard de 500mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit.	Material : Cobalt crom sau Cobalt crom plus, compatibil CT si RMN Suprafata neteda si dreapta Diametru : 5.5 si 6.0mm Lungime: standard de 500mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit.	CE,ISO
1.2	Șurub Solera fenestrată	12000005050	Turcia	BONEGRAFT BIOMATERIALS	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediate in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu de tin cortical in treimea superioara si filet de	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediate in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu de tin cortical in treimea superioara si filet de	CE,ISO

					Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul de software, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului-gratuit.	Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul de software, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului-gratuit.	
1.3	Șurub Solera fenestrata	12000006050	Turcia	BONEGRAFT BIOMATERIALS	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrata prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul de software, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului-gratuit.	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrata prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul de software, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului-gratuit.	CE,ISO

1.4	Piulita șurub fenestrată	1200.0000000-04	Turcia	BONEGRAFT BIOMATERIALS	Material : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT și RMN Prezintă un sistem unic de blocare a tijei – piulita, ce se încarcă din partea superioară a implantului. Prezintă filet contrafort în ramuri de brad (tehnologie 4G), corespunzător filetului șuruburilor. Prezintă cap de strângere autoretzabil, care se retează prin strângere la o forță optimă (de maxim 12N), fără a fi necesară folosirea unei chei dinamometrice, pentru a preveni o supra-strângere sau o strângere incompletă. Există un singur instrument pentru strângerea și blocarea tuturor șuruburilor. Sunt reversibile, iar instrumentarul conține instrumentul necesar reviziei. Sunt compatibile cu tijă de 5.5 și 6.0mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor și pregătirea cementului- gratuit.	Material : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT și RMN Prezintă un sistem unic de blocare a tijei – piulita, ce se încarcă din partea superioară a implantului. Prezintă filet contrafort în ramuri de brad (tehnologie 4G), corespunzător filetului șuruburilor. Prezintă cap de strângere autoretzabil, care se retează prin strângere la o forță optimă (de maxim 12N), fără a fi necesară folosirea unei chei dinamometrice, pentru a preveni o supra-strângere sau o strângere incompletă. Există un singur instrument pentru strângerea și blocarea tuturor șuruburilor. Sunt reversibile, iar instrumentarul conține instrumentul necesar reviziei. Sunt compatibile cu tijă de 5.5 și 6.0mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor și pregătirea cementului- gratuit.	CE,ISO
-----	--------------------------	-----------------	--------	---------------------------	---	---	--------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301