

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul de Sănătate Comrat.

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție comercială: 21007871. ID ocds-b3wdp1-MD-1557312051118.							Data: 27.05.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Лабораторные реактивы и расходный материал на 2019 год.							Lot:	pag. 1 din 2
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 4. Reagenți pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C sistem închis.

4.1	33696500-0	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10fl x 10ml).	Prothrombin-DAC-mono ISI	Moldova	Dac-Spectromed	10fl x 10ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10fl x 10ml).	ISO, CE.
4.2	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel normal: 1. N-11-12 secunde.	Coaglo-cont N	Moldova	Dac-Spectromed	1. N-11-12 secunde - 10fl x 1ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.
	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel înalt: 2. P - 30 secunde.	Coaglo-cont P	Moldova	Dac-Spectromed	2. P – 30 secunde - 10fl x 1ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.
	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel foarte înalt: 3. P+ 54-57 secunde.	Coaglo-cont P+	Moldova	Dac-Spectromed	3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.

Veseli de laborator.

16.1	33696500-0	Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciu, cu etichetă.	test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap	Italia	FL	conform anunțului de participare	Eprubetă cu K3EDTA, vol. 2,5ml, cu capac și etichetă.	ISO, CE.
17.1	33696500-0	Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12x86).	test tube 12x86 mm in PMMA with granules separators and clot activator, light blue cap, with label	Italia	FL	conform anunțului de participare	Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă, volum sînge 5ml (F 12x86).	ISO, CE.
18.1	33696500-0	Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 2.5 ml, cu capac, cu etichetă	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	conform anunțului de participare	Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 2,5 ml, cu capac, cu etichetă.	ISO, CE.
19.1	33696500-0	Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12x86)	test tube 12x86 mm in PMMA with gel separator and clot activator, brown cap, with label	Italia	FL	conform anunțului de participare	Eprubetă din polimetilmetacrilat cu gel + catalizator, capac, cu etichetă, volum sînge 5ml (F 12x86).	
20.1	33696500-0	Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml)	Centrifuge tube 0,5ml	China	RMD	conform anunțului de participare	Eprubete Eppendorf (0,5ml).	ISO, CE.
21.1	33696500-0	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr)	Colorimetric cup, German TECO 1Hole, 2000pcs*17bags	Germania	Teco	conform anunțului de participare	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometru).	ISO, CE.
23.1	33696500-0	Eprubete polisterol la urina 10-12ml cu capac, conic	12 ml urine test tubes wide mouth, graduated + in PS Ø 17x105 mm with cap - in bulk	Italia	Aptaca	conform anunțului de participare	Eprubete conice din polistirol pentru urină, cu capac, vol. 10-12ml.	ISO, CE.
24.1	33696500-0	Eprubete polisterol la urina 10-12ml fara capac, conic	urine test tube 12 ml conical, wide mouth, graduated, in PS	Italia	FL	conform anunțului de participare	Eprubete conice din polistirol, pentru urină 10-12ml, fără capac.	ISO, CE.

25.1	33696500-0	Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum singe 1.26	Plastic vacuum blood collection tube black cap, ESR,	China	Dong	conform anunțului de participare	Eprubetă compatibilă cu aparatul XC-30, din sticlă cu Citrat de Natriu 3,8%, 0.4ml, volum sânge 1.28.	ISO, CE.
27.1	33696500-0	Lanzete sterile de metalic, de una folosinta (треугольный наконечник, глубина укола 3 мм	stainless steel blood lancet,flake type, sterile,size:L, 200pcs/box,	China	RMD	conform anunțului de participare	Lanțete sterile de metal, de unică folosință (треугольный наконечник, глубина укола 3мм).	ISO, CE.
28.1	33696500-0	Virfuri galbene 5-200 mkl	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	conform anunțului de participare	Vârfuri galbene 5-200mkl.	ISO, CE.
29.1	33696500-0	Eprubetta conic plastic 5 ml capac	5 ml cylindrical test tubes - without rim, in PS Ø 12x75 mm - bags of 1000 pcs + Stoppers with tongues, Ø 12 mm in PE, light-blue colour	Italia	Aptaca	conform anunțului de participare	Eprubete conice, din plastic cu capac, dimensiuni 12 x 75mm.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Chireev Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

Data: 27.05.2019
Valabilitatea ofertei - 30 zile.