

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1690454461536 / 21086214 din 07.08.2023 : conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
12	Perimetru computerizat	IFA 960	China	Chongqing IRC	Perimetru computerizat ocular Descriere Perimetrul computerizat destinat pentru diagnosticarea, testarea precisă și rapidă a câmpului vizual care permite obținerea unor rezultate fiabile și precise. Parametrul Specificația Perimetru: Tipul Sferic, semi-sferic Raza bolului, cm 30 Diapazonul ocular, pe un ochi, grade 90 Programe General/Glaucom, Glaucom periferic, Macula, Screening (static-kinetic), Disability, teste definite de utilizator, etc. Strategii Full Threshold, TOP, Dinamic, Kinetic, SITA sau analogic, etc. Masurarea pupilei automat Metode Standart W/W, Albastru/Rosu pe Alb și/sau Albastru pe galben Metoda de fixare Heijl-Krakau blind spot, Video eye monitor sau Gaze tracking, etc. Iluminarea de fundal al bolului alb, ≥ 31 ASB Marimea stimulului Goldmann I-V Durata stimulului, ms ≤ 500 Conexiuni externe: USB Rețele DICOM, Ethernet, etc.	Perimetru computerizat ocular Descriere Perimetrul computerizat destinat pentru diagnosticarea, testarea precisă și rapidă a câmpului vizual care permite obținerea unor rezultate fiabile și precise. Parametrul Specificația Perimetru: Tipul Sferic, semi-sferic Raza bolului, cm 30 Diapazonul ocular, pe un ochi, grade 90 Programe General/Glaucom, Glaucom periferic, Macula, Screening (static-kinetic), Disability, teste definite de utilizator, etc. Strategii Full Threshold, TOP, Dinamic, Kinetic, SITA sau analogic, etc. Masurarea pupilei automat Metode Standart W/W, pe Alb și/sau Albastru pe galben Metoda de fixare Heijl-Krakau blind spot, Video eye monitor sau Gaze tracking, etc. Iluminarea de fundal al bolului alb, ≥ 31 ASB Marimea stimulului Goldmann I-V Durata stimulului, ms ≤ 500 Conexiuni externe: USB Rețele DICOM, Ethernet, etc. Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor Printer incorporat sau extern cu posibilitate de printare a raporturilor de la perimetru	CE/ISO

					Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor Printer incorporat sau extern cu posibilitate de printare a raporturilor de la perimetru Alimentarea, 220 V, 50 Hz cu cablu pentru priză de tip Schuko. Calculator: Procesor min. Intel Core i5 sau AMD Ryzen 5 sau mai avansat Soft min. Windows 8 sau mai avansat	Alimentarea, 220 V, 50 Hz cu cablu pentru priză de tip Schuko. Calculator: Modelele IFA adoptă un micro-computer de dimensiunea cititoarelor de carduri, echipat cu sistem Linux. Avantajele unui asemenea sistem sunt: • Consum redus de putere • Funcționare cu zgomot redus (nu este instalat ventilator) • Structura simplă oferă o fiabilitate ridicată • Stocarea mai sigură a datelor împotriva virușilor digitali	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301