

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației:21032653						din 29.12.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: dispozitivelor medicale, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani Conform necesitatilor IMSP AMT Riscani						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
3310000-1		Lotul 3						
		Pulsoximetru de buzunar	U911-A1B	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.Ltd	Display-LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; oprire automata; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentația 2 baterii (termen de garanție12 luni din momentul livrării).	Display-LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; oprire automata; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentația 2 baterii (termen de garanție12 luni din momentul livrării).	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23