

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657890133089 din 19.08.2022
Obiectul achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
6	YAG Laser ND	Q-Las (q-switch) Nd:YAG laser + PCL5 (slit lamp) ZL + Single table (86cm width)	Germania	A.R.C. Laser GmbH	Descriere Aparat oftalmic cu laser, proiectat pentru operații de microchirurgie pe segmentele anterioare și posterioare folosind un fascicul focalizat al unui laser YAG pulsant într-un mod Q-switched. Parametrul Specificația DisplayEcran încorporat care afișează numărul de fotografii și indicator de energie LED sau LCD Modulul YAG (Laser) Laser Tipul Nd: YAG Unda 1064 nm Puterea (Energia) "continuu, 0.5 - 10 mJ (în Single Pulse), cu 0,1 mJ pași și/sau incrementarea să aibă loc în 10 pași total " Durata impulsului ≤ 4 ns Fascicolul Diodă roșie ≤ 670 nm ≤ 1 mW, variabilă Mărimea fascicolului ≤ 10 μm Filtrul de protecție laser da, încorporat Unghiul de tratament ≤ 16° Rata de impulsuri ≤ 3 Hz Moduri de acțiune 1, 2 sau 3 impulsuri Schimbarea focalizării, posterior în 3 trepte: 0 - ≤ 350 μm Tipul de răcire cu aer, internă Transmiterea undei de laser prin modulul lampei cu fantă da Modulul lampei cu fantă Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 1-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 1-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură	Vezi Anexa nr.1 la Specificatii tehnice	CE,ISO

					Microscopul Tipul Binocular Mărirea oculară 10x - 12.5x Mărire microscop, reglabil 5/6-6,3x, 8/9-10x, 12/16x, 20/25-28x, 32/40-42x Filtre da, integrate Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -8 la +8 minim Iluminarea din inferior Sursa halogen, LED Joystick da Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard 1 set. Husa de protecție antipraf 1 buc. Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fante și a modului YAG 1 buc. Ochelari de protecție de la laser 2 buc. Pedală 1 buc. "Lampă de rezervă, doar în cazul lămpii halogen" 1 buc. Altele Garanție ≥ 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Instalare și testare da Transportare la locul necesar da Deservire în perioada de garanție da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces		
--	--	--	--	--	--	--	--

9	Camera oxigenoterapie	OXYSYS 4500	Coreea de Sud	MEDIconet Co., Ltd.	Capacitate Persoană cu masă corporală min. 135 kg. Parametrii interni Diametru 900mm, lungime aproximativ 2350mm Presiunea de lucru 1.5 – 3 bar. Supapele ce reglează presiunea 2 supape 1.5 bar și 2 supape 3 bar Supapa de acțiune în situații extreme prezentă Concentratorul de O2 Productivitatea ≥ 5 l/min 93% Sistema de control combinată cu condiționar. Viteza fluxului de aer Se reglementează 45-85 l/min Filtru de aer dublu Suprafața instalației 1/2,5 m	Vezi Anexa nr.4 la Specificatii tehnice	CE,ISO
11	Refractometru automat	KR-9600	China	Ningbo Ming Sing Optical	Mod de masurare: K/R - masurarea refracției/ keratometrieda REF măsurarea refracției da KER măsurarea keratometrică da Măsurarea refracției: Axa: 0 - 180 (pas 1) Distanța pupilară: 10 - 85mm Diametrul minim al pupilei ± 2.0 mm Ținta: Ținta automată de ceață Masurare cheratotermica: Raza de curbura: 5*10mm (cu un pas de 0.01mm) Forta de refractive: 33.75D - 67.50D (pas 0.12/0.25D) Puterea cilindrică: 0.00 $\pm$ 15.00D (pas 0.12/0.25D) Axa: 0 - 180 (pas 1) Diametrul corneei: 2.0 - 12.0 mm Specificații hardware Monitor LCD color min. 7 inch Imprimanta "Imprimanta termică cu încărcare ușoară și tăietor automat" da Economie de energie 5/15 minute da Iesire date RS/232 / Bluetooth da Alimentare 240V da	Vezi Anexa nr.2 la Specificatii tehnice	CE,ISO

12	Scanner oftalmic si pasimetru	SK-2000AP	China	Chongqing Sunkingdom Medical Instrument Co., Ltd.	Opțiunea de scanare Frecvența 10 MHz Precizia măsurării lungimii axiale ≤ 0.05 mm Adâncime ≥ 40mm Viteza de propagare 1641.1532 Date de iesire Cornea, camera anterioara, lentil, umorul vitros, lungimea axială Calcul IOL: "6 metode generale, Srk2, Srk/t, Binkhort II, Hoffer Q, Hollady, Haigis" Mod implicit pentru ochi: Normal, dens, afhacic, PMMA, silicon, acrylic, cataracta și 2 moduri personalizate Modulul Pasimetru Frecvența 20 MHz Precizie de măsurare a corneei: $<0,01$ mm Adâncime: 0,15 mm-1,5 mm Viteza de propagare: 1640 Ieșirea datelor: Grosimea corneei Metoda de măsurare: Modul de măsurare a contractului Alți parametri: Cistiga:99 dB Ecran tactil colorat: ≥ 6 inch Rezoluția ecranului: $\leq 0,1$ mm Informații de ieșire: Date din 10 grupuri, calculul mediei și deviației standard Locație de stocare: ≥ 200 de copii ale datelor examinilor Imprimare: Imprimantă termică rapidă incorporată	Vezi Anexa nr.3 la Specificatii tehnice	CE,ISO
----	----------------------------------	-----------	-------	---	---	--	--------

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de:Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59