

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1679473254414 din 03.04.2023						
Obiectul de achiziție: Reactivi de laborator						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOTUL 4 Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei</b>						
Glucosa+cetone+proteina+pH	4K	SUA	ACON		Glucosa+cetone+proteina+pH. Broșura se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE: Certificat ISO; Autorizație
BM Control: •Cu concentrația proteinei 2 niveluri Coeficientul variației rezultatelor măsurărilor concentrației proteinei cu reacția acid sulfosalicilic <10	U021-011	SUA	ACON	Reagenți lichizi gata p/u folosire Flacoane cu volum 10 ml	Reagenți lichizi gata p/u folosire Flacoane cu volum 10 ml. Broșura se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE: Certificat ISO; Autorizație
<b>LOTUL 7 Lista reagenților pentru analize prin metoda manuală</b>						
Hemoglobin AGAT	Biocont	Federația Rusă	Agat	1.Amestec uscat de reactiv transformator ( acid carbonat de sodiu), 3 pachete 2.Acetona cianohidrina 3 fiole (0.5 ml fiecare) 3.Soluție de calibrare a hemoglobinei	1.Amestec uscat de reactiv transformator ( acid carbonat de sodiu), 3 pachete 2.Acetona cianohidrina 3 fiole (0.5 ml fiecare) 3.Soluție de calibrare a hemoglobinei. Set. 600 determ.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificat de calitate
<b>LOTUL 8 Reagenți imunologici</b>						
CPR-LATEX	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 10 ml , inclus control negativ, pozitiv	Metoda LATEX-TEST; ambalaj fl.x4 ml Reagent Latex , inclus control negativ- fl.x1ml, pozitiv- fl.x1ml. Set. 100 teste. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE: Certificat ISO; Autorizație
RF-LATEX	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 10 ml , inclus control negativ, pozitiv	Metoda LATEX-TEST; ambalaj fl.x4 ml Reagent Latex , inclus control negativ- fl.x1ml, pozitiv- fl.x1ml. Set. 100 teste. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE: Certificat ISO; Autorizație
ASL-O-LATEX	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 10 ml , inclus control negativ, pozitiv	Metoda LATEX-TEST; ambalaj fl.x4 ml Reagent Latex , inclus control negativ- fl.x1ml, pozitiv- fl.x1ml. Set. 100 teste. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE: Certificat ISO; Autorizație

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9