

SPECIFICAȚII TEHNICE

Solicitant: IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1772547732662 / 2157536	din 25 martie 2026
Obiectul de achizi Servicii de mentenanță periodică și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
7	50420000-5	Analizator Hematologic automat XN-550 Sysmex (secția LAM)	XN-550	Sysmex	Japonia	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de aspirare a probelor, verificarea și completarea reactivilor (diluante, liză, detergent), spălarea sistemului fluidic prin efectuarea ciclurilor de curățare automate recomandate de producător, monitorizarea recipientului de deșeuri, verificarea și curățarea camerei de măsurare, testarea acurateții analizorului cu soluții de control, inspectarea filtrelor de aer și a ventilatoarelor, verificarea și calibrarea analizorului, inspectarea tubulaturii și a sistemului hidraulic pentru a detecta eventuale scurgeri sau blocaje, curățarea sau înlocuirea filtrelor analizorului pentru a menține fluxul optim de lichide, etc. 4. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sondei de pipetare, dacă aceasta se deteriorează sau provoacă erori de aspirație, repararea sau înlocuirea senzorilor optici și de impedanță în cazul unor erori de detecție celulară, actualizarea software-ului și diagnosticarea problemelor interne, teste de funcționare și siguranță: efectuarea controalelor de calitate, compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință pentru a detecta eventuale deviații, testarea funcției de autodiagnostic pentru a verifica integritatea componentelor interne, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: - Controlul funcționării utilajului. - Înlocuirea pieselor defecte și uzate (după caz). - Inspectarea / Curățarea sistemului hidraulic (după caz). - Inspectarea / Lubrifierea părților mecanice (după caz). - Testarea utilajului după efectuarea lucrărilor de mentenanță. Piese de schimb necesare se achiziționează separat. 4. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): - Controlul funcționării utilajului. - Înlocuirea pieselor defecte și uzate (după caz). - Testarea utilajului după efectuarea lucrărilor de mentenanță. Piese de schimb necesare se achiziționează separat. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**