

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21427155, oeds-b3wdp1-MD-1748613106748							Data: 09.07.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14)							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
20	33100000-1	Spălător pentru microplăci ELISA automat	Spălător pentru microplăci ELISA automat BK-9622	China	Biobase	Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru Specificația Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afișare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: -50-300 µl cu pas de 50 µl; -50-400 µl cu pas de 50 µl; Uniformitate de dispensare (CV): ≤ 4% pe toată suprafața plăcii Volumul rezidual ≤5 µl	Spălător pentru microplăci ELISA automat BK-9622. Descriere: Cap de curățare - 8 și 12 canale; Tipul de microplăci - 4 tipuri: fund plat, U, V, rotund; Reziduu mediu: <1mkl / găurica; Timp de aspirație: 0,1 - 999,9 sec, ajustabil cu interval de 0,1 de sec; Timp de clătire: 1 – 999 sec, ajustabil; Programe de spălare - până la 200 programe; Ecran - tactil de 7 inch; Sticle standard - 5 buc.: 1,5L – 1 buc., 4L – 4buc; Canale de injectare - 3 (2 pentru loțiune, 1 pentru apă distilată); Poziții ace de curățare - 6 tipuri (orizontal, stânga, mijloc, dreapta, jos, spațiere între găuri); Consum - 80 W; Alimentare electrică - AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000578951	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 09.07.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.