

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755777308777 din 21.08.2025
Obiectul achiziției: Piese de schimb și consumabile pentru întreținerea DM 2025 COP REPETAT 2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 11 - Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med						
Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med	Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med	Germania	INMATEC GASETECHNOLOGIE GMBH & CO.KG	Anul de producere min. 2024 Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med Senzor analizor 0-96%; zirconiu, Tip: 03-909 2009012260 Cu instalare și calibrare. Persoana care va instala senzorul de oxigen trebuie să dispună de certificat de instruire de la producător.	Anul de producere 2025 Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med Senzor analizor 0-96%; zirconiu, Tip: 03-909 2009012260 Cu instalare și calibrare. Persoana care va instala senzorul de oxigen are certificat de instruire de la producător INMATEC GASETECHNOLOGIE GMBH & CO.K - DA	
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
În calitate de: Administrator
Ofertantul: "Romedcom" SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Șciusev 16 (of)6

