

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție 21018492						Data: 06.01.20 - 27.02.20	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	3,7	8
24	! Analizatorul Finecare Fia Meter Plus (analog FIA 8000) va fi oferit GRATIS pentru perioada de utilizare a reagenților.						
33696500-0	Reagenti și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	PCT Control	China	Wondfo	PCT Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	PCT Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	ISO, CE
33696500-0	Reagenti și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	D-Dimeri Control	China	Wondfo	D-Dimeri Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt, 6vl/box	D-Dimeri Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	ISO, CE
33696500-0	Reagenti și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	CK-MB/cTnI/Myo Control	China	Wondfo	CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	ISO, CE
33696500-0	Expres teste diagnostice p/u analiza	PCT test	China	Wondfo	Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specificitatea 93,5% , precisitatea 98,5%	Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specificitatea 93,5% , precisitatea 98,5%	ISO, CE
33696500-0	Expres teste diagnostice p/u analiza	D-Dimeri test	China	Wondfo	Proteina bisodimerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98%	Proteina bisodimerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98%	ISO, CE
33696500-0	Expres teste diagnostice p/u analiza	CK-MB/cTnI/Myo test	China	Wondfo	Proteina bisodimerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%	Proteina bisodimerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%	ISO, CE
33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre	Fibrinogen Clauss	Italia	BEN	Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice	Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice. Ambalaj 1 set: 6x3ml, destinat pentru 360 investigații.	ISO, CE
33696500-0	Tromboplastina cu activ. 14-18 s	PT liofilizat	Italia	BEN	Praf liofilizat. Tromboplastina cu activ. 14-18 s	Set pentru determinarea tromboplastinei cu activitatea 14-18 s, liofilizat. Ambalaj 1 set: 4x4ml, destinat pentru 160 investigații.	ISO, CE
33696500-0	Plasma calibrator 100-105 %	Coagulation Calibrator	Italia	BEN	Plasma calibrator 100-105 %	Plasma calibrator 100-105 %	ISO, CE
33696500-0	Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis	RPR	M.Britanie	Prestige Diagnostic	Ambalaj per kit - 500 teste. Suspensie antigenică prezinta antigen VDRL modificat: microparticule de cărbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant.. Set contine in mod obligator - Antigen RPR Carbon – suspensie de carbon, pentru 500 teste. -Control negativ: preparat din ser uman cu conservant (1 ml), rezultat valid dupa 8 minute; -Control pozitiv: preparat din ser imun cu anticorpi contra T. Pallidum, cu conservant. (1 ml), rezultat pozitiv la nivelul titrului 1/4 cu + sau – unu dublu dilutie dupa 8 minute. Carduri pentru testare: de unica folosinta sau carduri reutilizabili pina la 10 locuri rotunde cu marginea colorata sau evidentiata, incluse in set pentru 500 teste. Baghete pentru etalarea probei: de unica folosinta in set pentru 500 teste. Flaconas- dispenser din masa plastica cu virf. Sensibilitate si specificitate maximala posibila.	Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis Ambalaj per kit - 500 teste. Suspensie antigenică prezinta antigen VDRL modificat: microparticule de cărbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant.. Set contine in mod obligator - Antigen RPR Carbon – suspensie de carbon, pentru 500 teste. -Control negativ: preparat din ser uman cu conservant (1 ml), rezultat valid dupa 8 minute; -Control pozitiv: preparat din ser imun cu anticorpi contra T. Pallidum, cu conservant. (1 ml), rezultat pozitiv la nivelul titrului 1/4 cu + sau – unu dublu dilutie dupa 8 minute. Carduri pentru testare: de unica folosinta sau carduri reutilizabili pina la 10 locuri rotunde cu marginea colorata sau evidentiata, incluse in set pentru 500 teste. Baghete pentru etalarea probei: de unica folosinta in set pentru 500 teste. Flaconas- dispenser din masa plastica cu virf. Sensibilitate si specificitate maximala posibila.	ISO, CE
33696500-0	Strip-test la troponin I în ser	cTn I	China	AT	Sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	cTnI - Strip-test la troponin I în ser. Sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	ISO, CE
33696500-0	Teste pentru determinarea singelui ocult în urina	FOB	China	AT	Teste pentru determinarea singelui ocult în urina	FOB - Teste pentru determinarea singelui ocult în urina în masele fecale	ISO, CE
33696500-0	Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl	Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl	China	DLab	Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl	Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl	ISO, CE
33696500-0	Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl	Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl	China	DLab	Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl	Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl	ISO, CE

Semnat : _____

Nume: Varman Irina . În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Miorita, 5