

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694075993240 din 02.10.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Filtre antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru de bacterii (Cod AMDM: DM000378385)	Turcia	MEDITERA TiBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.Ş.	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare TDS Pag.12 . eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare Tubulatura gofrate Aparat de ventilare component TDS Pag.2	AMDM
Tubulatura gofrate Aparat de ventilare	Circuit respirator steril (Cod AMDM: DM000378387)	Turcia	MEDITERA TiBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.Ş.	1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm TDS Pag. 2 7. Ambalat steril TDS Pag.1	AMDM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moraru Grigore În calitate de: Administrator

Ofertantul: DITA ESTFARM SRL Adresa: Chisianu, str-la Burebista 23