

Specificații tehnice										
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1772435367960					Data: 06.03.2026		Alternativa nr.: n/a	
Denumirea licitației:		Peliculă radiologică KONICA MINOLTA							Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
3310000 0-1	1	Peliculă radiologică Konica Minolta DRYPRO SD- Q 20x25	Peliculă radiologică Konica Minolta DRYPRO SD-Q 20x25	SD-Q2 8X10" (20x25cm)	Japonia	Konica Minolta	Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la µm Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanțe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă: & gt;> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm . Garanție: minim 18 luni din momentul livrării, livrarea la solicitare. Temperatura de stocare: 5-25 C°. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832;	Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la µm Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanțe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă: & gt;> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm . Garanție: minim 18 luni din momentul livrării, livrarea la solicitare. Temperatura de stocare: 5-25 C°. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832;	ISO, Declaratie de Conformitate	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2