

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738318502951/ 21357832						Data: 21/02/2025	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea reactivelor și consumabilor pentru determinarea echilibrului acido-bazic compatibile cu aparatul EPOC, pentru analiza gazelor în singe compatibile cu analizator de gaze EDAN i15 și aparatul microbiologic VITEC 2 Compact						Lot: 2	Pagina 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință.
1		2	3	4	5	6	7	8
	Lot 2 Consumabile pentru analiza gazelor în singe compatibile cu analizator de gaze EDAN i15							
33100000-1	2.1	Cartușe (cartridge) BG10	83.67.960666	China	Edan Instruments Inc.	Cartușe (cartridge) BG10, compatibil cu EDAN i 15	Cartuș de testare refrigerat BG10 (25 cartușe/pachet, 4 pachete/set, 2-8°C, 390 zile)	ISO/CE
33100000-1	2.2	Calibrară Fluid pack CP100 (100 teste/pack), calibrare	83.67.960492	China	Edan Instruments Inc.	Calibrant Fluid pack CP100 (100 teste/pack), calibrare	Calibrant Fluid Pack CP100 (100 teste/pachet) (60 de zile de valabilitate la bord, la 10-25 °C, NUMAI CE)	ISO/CE
33100000-1	2.3	Kit de control, BGE nivel 1	83.67.241310	China	Edan Instruments Inc.	Kit de control, BGE nivel 1	Controlul calității BGE-Nivel 1 (5 fiole/set)	ISO/CE
33100000-1	2.4	Kit de control, BGE nivel 2	83.67.241311	China	Edan Instruments Inc.	Kit de control, BGE nivel 2	Controlul calității BGE-Nivel 2 (5 fiole/set)	ISO/CE
33100000-1	2.5	Hematocrit (Hct), nivel scăzut	02.10.201328	China	Edan Instruments Inc.	Hematocrit (Hct), nivel scăzut	Controlul calității Hct - Nivel scăzut (5 fiole/set)	ISO/CE
33100000-1	2.6	Hematocrit (Hct), nivel înalt	02.10.201329	China	Edan Instruments Inc.	Hematocrit (Hct), nivel înalt	Controlul calității Hct - Nivel ridicat (5 fiole/set)	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova