



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IP Oficiul National al Viei si Vinului
Prozorovski Adrian Telefonul de contact 078800641E-mail aprozorovski@wineofmoldova.com
ocds-b3wdp1-MD-1572249741398 din 03.11.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	38000000-5	Turbidimetru	HI83749-02 +HI83749-11 +HI83749-20	Germania	Hanna Instruments	Domeniul aplicat: Turbidimetru utilizat pentru determinarea a necesarului de bentonită, pentru a ajunge la limpiditatea dorită în vin. Cerințe tehnice minime solicitate de către autoritatea contractantă sunt următoarele:- Acuratețe turbiditate: ±1% din citire plus 0.05 NTU;- Repetabilitate turbiditate: ±1% din citire sau minim 0.02 NTU- Domeniu turbiditate de la 0.00 la 9.99; de la 10.0 la 99.9; de la 100 la 1200 NTU;- Rezoluție turbiditate: 0.01; 0.1; 1 NTU- Lumină intermitentă pentru turbiditate: < 0.05 NTU;- Calibrare turbiditate în intervalul de 2- 4 puncte de calibrare;- Metodă de măsurare metoda nephelometrică cu raport;- Mod de măsurare pentru turbiditate: minim 3 moduri (de ex. normal, mediu, continuu);- Sursă de lumină pentru turbiditate lampă cu filament de tungsten;- Detector de lumină pentru turbiditate fotocelulă siliconică;- Memorie de înregistrare date: cel puțin 150-200 înregistrări; Nota! Operatorul economic în oferta sa va include toate accesoriile integrate și cele opționale prevăzute de producător. Totodată va fi prezentat certificatul de garanție cu termen minim 1 an.	Domeniul aplicat: Turbidimetru utilizat pentru determinarea a necesarului de bentonită, pentru a ajunge la limpiditatea dorită în vin. Cerințe tehnice minime solicitate de către autoritatea contractantă sunt următoarele:- Acuratețe turbiditate: ±1% din citire plus 0.05 NTU;- Repetabilitate turbiditate: ±1% din citire sau minim 0.02 NTU- Domeniu turbiditate de la 0.00 la 9.99; de la 10.0 la 99.9; de la 100 la 1200 NTU;- Rezoluție turbiditate: 0.01; 0.1; 1 NTU- Lumină intermitentă pentru turbiditate: < 0.05 NTU;- Calibrare turbiditate în intervalul de 2- 4 puncte de calibrare;- Metodă de măsurare metoda nephelometrică cu raport;- Mod de măsurare pentru turbiditate: minim 3 moduri (de ex. normal, mediu, continuu);- Sursă de lumină pentru turbiditate lampă cu filament de tungsten;- Detector de lumină pentru turbiditate fotocelulă siliconică;- Memorie de înregistrare date: cel puțin 150-200 înregistrări; Nota! Operatorul economic în oferta sa va include toate accesoriile integrate și cele opționale prevăzute de producător. Totodată va fi prezentat certificatul de garanție cu termen minim 1 an.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	38000000-5	Turbidimetru	Buc	1	28'900.0000	34'680.0000	28'900.00	34'680.00	până la 45 zile lucrătoare de la semnarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							28'900.00	34'680.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, reștanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

