



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Sergiu Balta Telefonul de contact + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1708095467245 din 22.03.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33100000-1	Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2	BSC-1300II B2-X (220V)	China	Biobase	Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa a III, Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip B2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Eficiența filtre ≥99.99 % pentru particule de 0,3 microni Eficiența Prefiltru ≥ 85% pentru particule de 0,5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 65dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei Dimensiuni interioare Lungime - 130 ±10 cm Adâncime - 65±10 cm Înălțime 65±10 cm	Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa a III, Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip B2 , Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic , Filtre ULPA Eficiența filtre ≥99.9995 % pentru particule de 0,12 microni Eficiența Prefiltru ≥ 85% pentru particule de 0,5 microni - Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 67dB Flux aer 0,33+/-0,025 m/s Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei Dimensiuni interioare Lungime - 130 cm Adâncime - 75 cm Înălțime 66 cm	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33100000-1	Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2	bucată	1	103.900,0000	124.680,0000	103.900,00	124.680,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							103.900,00	124.680,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizatie pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumeavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu