

Specificații tehnice (F4.1) <i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>									
Numărul licitației:		LP nr. /M Tender ID ocds-b3wdp1-MD-1620308448517						Data: 07.06.2021 Alternativa -	
Denumirea licitației:		Achiziționarea- implanturi traumatologico - ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021						Lot: 18 Pag 1 din 2	
Cod CP V	Nr Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
331 000 00-1	18	Placă Blocată Femurală Diafizară	Placă blocată femurală diafizară, lungimi între 220-260 mm, cu 12-14 orificii	fixLOCK Broad Plate, 4.5 mm REF 849	India	GPC Medical Ltd	Conform FDA	1. Material: Inox 3. Permite folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm 4. Orificiile diafizare să permită si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 4,5 mm 5. Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os 6. Șuruburile de blocaj sunt cu vârful tăietor (self tapping) 7. Placa are marcajul producătorului 8. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 9. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 10. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 11. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485 si CE
331 000 00-1	18	Placă Blocată Femurală Diafizară	Șuruburi blocate diametru 5.0 mm, cu lungimi cuprinse între 38 - 44 mm	fixLOCK Self Tapping Screw 5.0 mm REF 700	India	GPC Medical Ltd	Conform FDA	1. Material: Inox 2.Șuruburile de blocaj - cu vârful tăietor (self tapping) 3.Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 4.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 5.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 6.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485 si CE

331 000 00-1	18	Placă Blocată Femurală Diafizară	Burghiu diametru 4,0 mm, lungime 200-220 mm	Drill Bit for Locking 4.3 mm REF ILBS736.43	India	GPC Medical Ltd	Conform FDA	1.Material: Inox 2.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 3.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 4.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	---	---	-------	--------------------	----------------	---	-----------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Axentii Olga** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL SALMED GRUP** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gh. Casu, 12 ap 3**