

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21362873 din 19.02.2025

Obiectul de achiziție: Instrumentar chirurgical pentru anul 2025 COP

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0°, cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	LP100-000	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Conform caietului de sarcini detaliat	Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0°, cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 340 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	CE
Total lot 2						
Lotul 7						
Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	LP450-111 + HF310-135	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Conform caietului de sarcini detaliat	LP450-111= LP450-001 + LP450-110 + LP450-000 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 340 mm, diametrul de 5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru. HF310-135 cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303 L - 5m. Generator side Valleylab, Lamidey, EMC - Instrument side Flat plug	CE
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23