

			Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782470151000 din 26.06.2026						Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027						Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2		3	4,00	5	6	7	8	
33100 000-1	1	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	407155 Enticos 4 DR + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60	Germania	Biotronik	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta funcțiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protecție declansării fibrilației atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerința specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T eIFU_ProMRI_371712-CT_en pagina 26 , cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 53 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 60 cm, diametru 5.9F, cu fixarea active.	DM000397646 DM000397977 DM000397978	
33100 000-1	2	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004494)	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004494)	429573 Rivacor 3 DR-T (DF4) + 377177 Solia S 53 pentru lungimea 53 sau 377179 Solia S 60 pentru lungimea 60 + 402266 Plexa ProMRI S 65	Germania	Biotronik	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerința specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 14,1 ani detalii eIFU_Rivacor_466866-N_en pagina 57 , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6-7F, lungimea 53 cm și electrod ventricular de socare lungimea 65 cm, diametru 7,8F, de tip DF4, cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerința specialistului.	DM000675843 DM000397977 DM000397978 DM000397648	
33100 000-1	3	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	429574 Rivacor 3 VR-T (DF4) + 402266 Plexa ProMRI S 65	Germania	Biotronik	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip SR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerința specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 14,1 ani detalii eIFU_Rivacor_466866-N_en pagina 57, inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 65 cm, diametru 7.8F, de tip DF4 cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrodului la cerința specialistului.	DM000675842 DM000397648	

33100 000-1	4	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004496)	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004496)	460162 Amiva EDGE HF-T QP + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60 + 401183 Sentus ProMRI OTW QP L-85 + 375523 Selectra BIO2-45 (e.g.) + 375531 Selectra MPEP-45 (e.g.) + 375518 Selectra Accessory Kit + 479279 Bioptimal PAM Catheter + Subselector + Ghid Pilot 50 sau 150 sau 200 Pilot 50	Germania	Biotronik	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 53 diametru 5.9F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 60 diametru 5.9F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kitintroducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani	DM000397977 DM000397978 DM000046689 Pentru ghiduri DM000373089 DM000373090 DM000373096 DM000373094 DM000373091 DM000373095 DM000373099 DM000373092 DM000373098 DM000373088 DM000373093 DM000373097
----------------	---	--	--	---	----------	-----------	---	--	---

				1010480-H 1010480-HJ 1010483-H 1010483-HJ Pilot 150 1010481-H 1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ Pilot 200 1010482-H 1010482-HJ 1010485-H 1010485-HJ					
33100 000-1	6	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt (004498)	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt (004498)	Prelude PSI-5F-11-035-18G 5F 11cm PSI-6F-11-035-18G 6F 11cm PSI-7F-11-035-18G 7F 11cm PSI-8F-11-035-18G 8F 11cm PSI-5F-11-038-18G 5F 11cm PSI-6F-11-038-18G 6F 11cm PSI-7F-11-038-18G 7F 11cm PSI-8F-11-038-18G 8F 11cm	SUA	Merit Medical	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	DM000397909 DM000397910 DM000397911 DM000397912 DM000397913 DM000397914 DM000397915
33100 000-1	7	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara (004500)	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara (004500)	5F Bipolar Pacing Catheter 445697	Singapore	Bioptimal Internation al Pte. Ltd	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixa, optional cu balon.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixa, optional cu balon.	DM000397966

33100 000-1	8	Cateter electrod diagnostic (004501)	Cateter electrod diagnostic (004501)	Multicatch 4j Sp ø4F 5 mm 356 728 Sp ø4F 2-5-2 mm 356 727 Sp 100 cm ø5F 2-5-2 mm 356 433 ø6F 5 mm 351 185 ø6F 5 mm SoftTip 351 182	Germania	VascoMed/D istribuit Biotronik	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 4F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 100 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	DM000397665 DM000397666 DM000397670 DM000397673 DM000397674
33100 000-1	9	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian (004503)	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian (004503)	ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm Standard 2-6-2 mm 6 F 110 cm 351 200 ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm Large 2-6-2 mm 6 F 110 cm 358 797 ViaCath NG 10/L/2-8-2 mm Large 2-8-2 mm 6 F 110 cm 370 309 ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm Extra Large 2-10-2 mm	Germania	VascoMed/D istribuit Biotronik	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5- 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2, 2-6-2, 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni , 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni , L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, lungimea 110 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	DM000676520 DM000676518 DM000676521 DM000676519
33100 000-1	10	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian Cabluri conectare autoclavabile (004504)	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian Cabluri conectare autoclavabile (004504)	MPK-10-R 353 173	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	DM000397970

[illegible]