

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1731065730555 din 09.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 09.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chişinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților
IMSP beneficiare pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1731065730555 din 09.12.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de
18.05.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 09.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1731065730555 din 09.12.2024				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.1	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	2-07-101-280; 2-07-101-290; 2-07-101-300; 2-07-101-310; 2-07-101-320; 2-07-101-330; 2-07-101-340; 2-07-101-350; 2-07-101-360; 2-07-101-370; 2-07-101-380; 2-07-102-280; 2-07-102-290; 2-07-102-300; 2-07-102-310; 2-07-102-320; 2-07-102-330; 2-07-102-340; 2-07-102-350; 2-07-102-360; 2-07-102-370; 2-07-102-380; RETROGRADE FEMORAL NAIL	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Ofertantul va prezenta variant electronică sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Material de confecționare titan Nesterii - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, și 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorirea proximală să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implant după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan, Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm = Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 4, - varianta electronică a tehnicii de aplicare a tije centromedulare e atasată Tehnica chirurgicală, RETROGRADE FEMORAL NAIL. - Tijă este canulată cu design, care permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiționată cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm = RETROGRADE FEMORAL NAIL pag 37-47, sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare - trusa conține sistemul de introducere și fixare a buloanelor) = RETROGRADE FEMORAL NAIL pag 48-54; - Material de confecționare titan Nesterii - fara termen de valabilitate - Tijele au marcajul producătorului; - În partea proximală prezintă 2 găuri pentru zăvorire orizontală, și 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - prezintă obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorirea proximală se realizează cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - se va accepta schimbul de implant după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, se vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460771 DM000460772 DM000460773 DM000460774 DM000460775 DM000460776 DM000460777 DM000460778 DM000460779 DM000460780 DM000460781 DM000460788 DM000460789 DM000460790 DM000460791 DM000460792 DM000460793 DM000460794 DM000460795 DM000460796 DM000460797 DM000460798
59.2	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Șuruburi zăvorăre distale, diam. 6.0-6.5mm, titan	1-01-85-60; 1-01-85-64; 1-01-85-66; 1-01-85-70 Self tapping locking screws 6,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub zăvorăre distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 9, Diam 6,5 mm Surub zăvorăre distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460805 DM000460807 DM000460808 DM000460810
59.3	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Suruburi de zăvorire proximală diam. 4.5 - 5.0mm, titan	1-01-86-40; 1-01-86-42; 1-01-86-44; 1-01-86-46; 1-01-86-48; 1-01-86-50 Self tapping locking screws 4,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub zăvorăre proximală, lungime de la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 7, Diam 4,5 mm, Surub zăvorăre proximală, lungime de la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460826 DM000460827 DM000460828 DM000460829 DM000460830 DM000460831

59.4	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Set instrumente	4-50-18-00 INSTRUMENT SET	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezoz cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemente de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm (FLEXIBLE REAMERS). - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezoz cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000459721
60.1	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	33101236; 33101238; 33101240; 33101242; 33102236; 33102238; 33102240; 33102242; 33101136; 33101138; 33101140; 33101142; 33102136; 33102138; 33102140; 33102142; NeoGen Femoral Nails, JGD II Left/Right, diam 9,5 - 10,0 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Tijă Femur reconstructivă Diametru 9,0- 10,0mm, Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta sfină dreapta. - Oferantul va prezenta variantă electronică sau pe suport hârtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variată standard (să permită zăvorărea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd varianta de reconstrucție (să permită zăvorărea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 5,0 mm în colul femural); - Varianta anatomică sfină dreapta colorate diferite cu posibilitate de zăvorărie și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 gâuri pentru zăvorărie orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tije centromedulare; - Să prezinte șurub de compresune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de diametraz; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de zăvorărie de diametru 5,0 mm; - Oferantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunile de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 169 -160 Tijă Femur reconstructivă Diametru 9,5- 10,0mm, Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta sfină dreapta - varianta electronică a tehnicii de aplicare a tije centromedulare atașată «NeoGen Femoral Nail - Surgical Technique» - Tijă este canulată cu design, care permite introducerea prin virful marelui trohanter și implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd variată standard (permite zăvorărea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,3 mm în colul femural) - Varianta anatomică sfină dreapta colorate diferite cu posibilitate de zăvorărie și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Tijele au marcajul producătorului; - În partea proximală prezintă 2 gâuri pentru zăvorărie orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tije centromedulare; - Prezintă șurub de compresune; - Prezintă obturatoare de 4 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Prezintă găuri distale la cel mult 5 mm de virful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și prezintă o gaură ovală de diametraz; - Zăvorărea se realizează cu șuruburi de zăvorărie de diametru 5,0 mm; - Oferantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunile de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, se vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000491260 DM000491262 DM000491264 DM000491266 DM000491274 DM000491276 DM000491278 DM000491280 DM000491315 DM000491317 DM000491320 DM000491322 DM000491330 DM000491332 DM000491334 DM000491336
60.2	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Suruburi reconstructive de zăvorărie proximală diam. 6,0-6,5mm, titan	33113080; 33113085; 33113090; 33113091; 33113092; 33113093; NeoGen Reconstruction Locking Screws, JSD VII, diam 6,3 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Surub reconstructiv zăvorărie proximală, lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorărie să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 160 Diam 6,3 mm Surub reconstructiv zăvorărie proximală, lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorărie sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000491508 DM000491510 DM000491512 DM000491514 DM000491516 DM000491518
60.3	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Suruburi zăvorărie proximală diam. 4.5-5.0mm, titan	33112060; 33112065 NeoGen Locking Screws, JSDVII, diam 5,0 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Surub zăvorărie proximală, lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorărie să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 160 Diam 5,0 mm Surub zăvorărie proximală, lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorărie sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000491484 DM000491486

60.4	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată (Titan)	Suruburi pentru zăvorăre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	33111040 NeoGen Locking Screws, JSDVII, diam 4,5 mm 33111045; 33111050; 33111055; 33111060; 33111065	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 160 Diam 4,5 mm Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000491448 DM000491450 DM000491452 DM000491454 DM000491456 DM000491458
60.5	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată (Titan)	Set instrumente	269900 Instrument set	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alez cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentariu cit si suruburile are marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alez cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000120954
62.1	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	2-10-02-240 ; 2-10-02-260; 2-10-02-280; 2-10-02-300; 2-10-02-320; 2-10-02-340; 2-10-02-360; 2-10-02-380; 2-10-05-240 ; 2-10-05-260; 2-10-05-280; 2-10-05-300; 2-10-05-320; 2-10-05-340; 2-10-05-360; 2-10-05-380; 2-10-17-300; 2-10-17-320; 2-10-17-340; 2-10-17-360; 2-10-17-380; 2-10-20-300 ; 2-10-20-320; 2-10-20-340; 2-10-20-360; 2-10-20-380; DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL 130°	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variantă electronică sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tije centromedulare; - Să prezinte şurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de virful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusa) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 2-3. Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - varianta electronică a tehnicii de aplicare a tije centromedulare atasată (Tehnică chirurgicală_Proximal Femoral Nail _). - Tija este canulată cu design, care permite implantarea fără alezaj; - Varianta anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - tijele au marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucție - la un unghi de 130° față de axa tije centromedulare; - prezintă şurub de compresiune; - găura distală e la cel mult 5 mm de virful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorărea se realizează cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj sunt cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusa) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, se vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460837 DM000460839 DM000460841 DM000460842 DM000460844 DM000460846 DM000460848 DM000460850 DM000460851 DM000460853 DM000460855 DM000460856 DM000460858 DM000460860 DM000460862 DM000460864 DM000460865 DM000460866 DM000460867 DM000460868 DM000460869 DM000460871 DM000460873 DM000460874 DM000460876 DM000460878 DM000460880 DM000460882

62.2	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi zăvorăre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	1-01-86-40; 1-01-86-42; 1-01-86-44; 1-01-86-46; 1-01-86-48; 1-01-86-50; 1-01-86-52; 1-01-86-54; 1-01-86-56; 1-01-86-58; 1-01-86-60; Self tapping locking screws 4,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 7, Diam 4,5 mm Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate şuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460826 DM000460827 DM000460828 DM000460829 DM000460830 DM000460831 DM000460832 DM000460833 DM000460834 DM000460835 DM000460836
62.3	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	1-07-161-85; 1-07-161-90; 1-07-161-95; 1-07-161-100; 1-07-161-105; 1-07-161-110 Lag screw, complete, 11 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 5, Diam 11,0 mm Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460883 DM000460882 DM000460884 DM000460885 DM000460886 DM000460887
62.4	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	1-01-163-90; 1-01-163-95; 1-01-163-100; 1-01-163-105 Molar cannulated anti-rotation screw 6,5 mm	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Catalogul producătorului (MEDGAL Nails Catalogue) pag 6, Diam 6,5 Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate şuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000460888 DM000460889 DM000460890 DM000460891
62.5	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Set instrumente	4-51-04-00 INSTRUMENT SET	Polonia	MEDGAL Sp. z o.o.	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alez cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;	Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentariul are marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distala cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm (FLEXIBLE REAMERS). - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alez cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000459720

63.1	Lotul 63. Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	33141028; 33141030; 33141032; 33141034; 33141036; 33141038; 33142028; 33142030; 33142032; 33142034; 33142036; 33142038; NeoGen Tibia Nails, JJD V, diam 9 - 10 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	<p>Tijă Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Ofertantul va prezenta variantă electronică sau pe support hirtic a tehnicii de aplicare a tije centromedulare.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm); Material titan Nesterli - fara termen de valabilitate; Tijele să aibă marcajul producătorului. - Să prezinte șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; Să prezinte obturator de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; Să prezinte o gaură ovală aflată în extremitatea proximală cît și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare ; Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 45o, perpendiculare) ; Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de educație a contractului ; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare ; Instanța specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor. 	<p>Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 161-162</p> <p>Tija Tibia reconstructivă canulată cu de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan</p> <p>variantă electronică a tehnicii de aplicare a tije centromedulare atasată «NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique.</p> <p>Tija e canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care permite implantarea fără alezaj ;</p> <p>poate fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm)»NeoGen Tibia Nail - Surgical Technique pag 1 imaginea;</p> <p>Material titan Nesterli - fara termen de valabilitate</p> <p>Tijele au marcajul producătorului. - prezintă șurub de compresie care realizează compactarea în focar;</p> <p>obturator de 4 dimensiuni cu increment de 5 mm ;</p> <p>Prezintă o gaură ovală în extremitatea proximală cît și în cea distală a tije pentru compactare și dinamizare ;</p> <p>prezenta găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tije pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ;</p> <p>Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 3 planuri (frontal și două în unghi de 45o, perpendiculare.) ;</p> <p>Zăvorirea se realizează cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ;</p> <p>Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantare după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de educație a contractului ;</p> <p>Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare ;</p> <p>Instanța specializată în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>Pentru evaluarea obiectivă a ofertei, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și catalogele producătorilor.</p>	<p>ISO, CE</p> <p>Cod inregistrare AMDM: DM000491391 DM000491393 DM000491395 DM000491397 DM000491399 DM000491401 DM000491409 DM000491410 DM000491412 DM000491414 DM000491416 DM000491418</p>
63.2	Lotul 63. Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Șuruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan	33111030; 33111035; 33111040; 33111045; 33111050 NeoGen Locking Screws, JSDVII, diam 4,5 mm 33112030; 33112035; 33112040; 33112045; 33112050 NeoGen Locking Screws, JSDVII, diam 5,0 mm	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	<p>Șurub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan</p> <p>Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.</p>	<p>Catalogul producătorului (KH Trauma Catalogue) pag 160</p> <p>Diam 4,5 - 5.0 mm Șurub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan</p> <p>Toate șuruburile de zăvorăre sunt cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.</p>	<p>ISO, CE</p> <p>Cod inregistrare AMDM: DM000491444 DM000491446 DM000491448 DM000491450 DM000491452 DM000491472 DM000491474 DM000491478 DM000491480</p>
63.3	Lotul 63. Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Set instrumente	269900 Instrument set	China	Changzhou Kanghui Medical Innovation Co, LTD	<p>Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru 	<p>Set instrumente Fixatoarele vor fi livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariul are marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijeilor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru. 	<p>ISO, CE</p> <p>Cod inregistrare AMDM: DM000120954</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731065730555 din 09.12.2024												
Obiectul achiziției: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59.1	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	bucată	54	3 830.53	3 830.53	206 848.62	206 848.62	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
59.2	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Șuruburi zăvorâre distale, diam. 6.0- 6.5mm, titan	bucată	75	402.99	402.99	30 224.25	30 224.25	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
59.3	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Șuruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm, titan	bucată	20	212.10	212.10	4 242.00	4 242.00	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
59.4	Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Set instrumente	bucată	2	0.00	0.00	0.00	0.00	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total lot 59							241 314.87	241 314.87				
60.1	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	bucată	85	3 308.04	3 308.04	281 183.40	281 183.40	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-

OXIVIT MED

60.2	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Suruburi reconstructive de zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	bucată	70	456.36	456.36	31 945.20	31 945.20	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
60.3	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Suruburi zăvorăre proximală diam. 4.5- 5.0mm, titan	bucată	50	274.31	274.31	13 715.50	13 715.50	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
60.4	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Suruburi pentru zăvorăre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan	bucată	165	274.31	274.31	45 261.15	45 261.15	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
60.5	Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)	Set instrumente	bucată	3	0.00	0.00	0.00	0.00	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total lot 60							372 105.25	372 105.25				
62.1	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	bucată	324	3 260.40	3 260.40	1 056 369.60	1 056 369.60	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
62.2	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi zăvorăre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan	bucată	380	129.38	129.38	49 164.40	49 164.40	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
62.3	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	bucată	256	595.15	595.15	152 358.40	152 358.40	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-

62.4	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	bucată	200	219.95	219.95	43 990.00	43 990.00	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
62.5	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Set instrumente	bucată	5	0.00	0.00	0.00	0.00	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total lot 62							1 301 882.40	1 301 882.40				
63.1	Lotul 63. Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	bucată	202	2 703.96	2 703.96	546 199.92	546 199.92	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
63.2	Lotul 63. Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan	bucată	505	225.59	225.59	113 922.95	113 922.95	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
63.3	Lotul 63. Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Set instrumente	bucată	4	0.00	0.00	0.00	0.00	pe parcursul anului 2025 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
Total lot 63							660 122.87	660 122.87				
TOTAL Oferta							2 575 425.39	2 575 425.39				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1731065730555 din 09.12.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj va coincide cu eticheta produsului.

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

- Va oferi instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

- Va prezenta la livrare instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă)

- Va prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor
- Accepta schimbul șuruburilor/ plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției.

- Marcajul producătorului este indicat pe fiecare placă;

Data completării: 09.12.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura)