

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1680177467862						Data: „11” Iunie 2023	Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”						Lot: 11	Pagina: 1 din 1		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	11	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	Bucată	1	332,900.00	399,480.00	332,900.00	399,480.00	Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	333,333.33

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gabriela Anghel În calitate de: Directoare Administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL Adresa: B.Bodoni 25, of. 33, Chișinău

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1680177467862					Data: „11” Iunie 2023	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:									Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Certificări
1		2		3	4	5	6		8
33100000-1	11	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	Multicut	China	Leica Biosystems	Microtom semiautomat cu aplicații multiple. 1. Să dețină următoare gamă de selecție a grosimii de secționare: Reglaj fin al grosimii de secționare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 µm / pas de 0.5 µm. Reglaj grosime taiere 2 - 10 µm / pas de 1 µm. Reglaj grosime taiere 10 - 20 µm / pas de 2 µm. Reglaj grosime taiere 20 - 30 µm / pas de 5 µm. Reglaj grosime taiere 30 - 100 µm / pas de 10 µm. Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 µm. Reglaj grosime fasonare până la 10 µm / pas de 5 µm. Reglaj grosime fasonare până la 100 µm / pas de 10 µm. Reglaj grosime fasonare până la 200 µm / pas de 20 µm. Reglaj grosime fasonare până la 500 µm / pas de 50 µm. 2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de maxim 72 mm. 4. Retragerea specimenului la cursa de intoarcere să poată fi oprită. 5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800 µm/s. 7. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 8. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 9. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 10. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clemă de specimen. 11. Să aibă potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 12. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. 13. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 ml. 14. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. 15. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet. 16. Dimensiuni maxime al spațiului disponibil: (L/l/h) 630x500x350 mm 17. Greutate: minim 30 kg. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Vezi Anexa 1 la prezenta	ISO 9001, ISO 13485, CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Gabriela Anghel În calitate de: Directoare Administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL Adresa: B.Bodoni 25, of. 33, Chișinău

Anexa 1

Microtom Multicut

Cerința autorității contractante	Specificație tehnică oferită	Referințe
Microtom semiautomat cu aplicații multiple.	Microtom semiautomat marca Leica model Multicut	Atașat prospect
1. Să dețină următoare gamă de selecție a grosimii de secționare:		
Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 μm.	Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 μm.	Atașat prospect, pag. 4
Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 μm / pas de 0.5 μm.	0.5 la 5.0 μm in incremente de 0.5μm	Atașat prospect, pag. 4 și Configurație 3
Reglaj grosime taiere 2 - 10 μm / pas de 1 μm.	5 la 20.0 μm in incremente de 1.0 μm	
Reglaj grosime taiere 10 - 20 μm / pas de 2 μm.	5 la 20.0 μm in incremente de 1.0 μm	
Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 5 μm.	20 la 60.0 μm in incremente de 5.0 μm	
Reglaj grosime taiere 30 - 100 μm / pas de 10 μm	60 la 100. 0μm in incremente de 10.0 μm	Atașat prospect, pag. 4 și Configurație pag. 2 și 3
Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 μm.	SUPERIOR: Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 600 μm.	
Reglaj grosime fasonare pâna la 10 μm / pas de 5 μm.	1 la 10 μm in incremente de 1.0 μm	
Reglaj grosime fasonare pâna la 100 μm / pas de 10 μm.	10 la 20 μm in incremente de 2.0 μm	
Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / pas de 20 μm.	20 la 50 μm in incremente de 5.0 μm	
Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm.	50 la 100 μm in incremente de 10.0 μm	
	100 la 600 μm in incremente de 50.0 μm	
2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm.	Da, Plaja de alimentare orizontala de aprox 24 mm ±1	Atașat prospect pag 4 și Configurație pag. 3
3. Cursa verticala specimen de maxim 72 mm.	Da, cursa verticala specimen de 70 mm ±1	Atașat prospect pag 4 și Configurație pag. 3
4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere să poată fi oprită.	Da, retragera specimenului la cursa de intoarcere poate fi oprită în orice moment.	Atașat prospect pag 4 și Configurație pag. 3

Cerința autorității contractante	Specificație tehnică oferită	Referințe
5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas	Da, Microtom rotativ cu întreținere redusă și sistem de alimentare cu micrometru de precizie cu motor pas cu pas. Mecanismele de avans orizontal și de cursă verticală se bazează pe rola cu rulmenti.	Atașat Configurație Multicut pag 1
6. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800 $\mu\text{m/s}$.	Da, deține sistem de control variabil al vitezei de avansare – încet înainte și înapoi: 300 $\mu\text{m/s}$, repede înainte: 800 $\mu\text{m/s}$, foarte repede înapoi în punctul de plecare: 1800 $\mu\text{m/s}$.	Atașat prospect pag 4 și Configurație pag. 3
7. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare.	Da schimbare eficientă și rapidă a specimenului prin utilizarea poziției MEMO programabilă de utilizator și a funcției fast-homing de revenire rapidă de la poziția față în spate, în timp de 13 ± 2 secunde.	Atașat Configurație Multicut pag 2 și Manual pag 24
8. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție.	Da, roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție cu ajutorul manivelei.	Atașat Manual Multicut pag 20
9. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°.	Da, Orientarea probei cu poziția zero Rotație orizontală: $\pm 8^\circ$ Rotație verticală: $\pm 8^\circ$	Atașat Manual Multicut pag 25 și Prospect pag 4
10. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen.	Da, livrat cu 14050237999 Cleva universală pentru fixare casete și 14050238005 Cleva standard pentru fixare proba 50x55 mm	Atașat Manual Multicut pag 27
11. Să aibă potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie.	Da, suport pentru lamă E doi-în-unu cu protecție colorată și lamă cu ejectie sigură poate fi folosit cu ambele tipuri de lame. Funcția de deplasare Laterală a suportului lamei are trei opritoare	Atașat Configurație Multicut pag 2

Cerința autorității contractante	Specificație tehnică oferită	Referințe
	predefinite pozițiile (stânga, centru, dreapta) corespund lății unei casete histologice standard	
12. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen.	Da, Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen	Atașat Prospect pag 4
13. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 ml.	Da, tava ANTISTATICĂ detașabilă, foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate 1.400 ml.	Vezi atașat Manual utilizare pag. 24 și Prospect pag 4
14. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară.	Da, Tava este amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară	Vezi atașat Manual utilizare pag. 65
15. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlă cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet.	Da, livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlă cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet.	Vezi atașat Configurație pag 4
16. Dimensiuni maxime al spațiului disponibil: (L/l/h) 630x500x350 mm	Dimensiuni aparat: 620 x 477 x 295 mm	Vezi atașat Configurație pag 3
17. Greutate: minim 30 kg.	Greutate aproximativă: 31 kg fără accesorii	Atașat Prospect pag 4
Cerințe de certificare:		
Anul producerii minim 2022.	Da, anul producerii va fi minim 2022.	Vezi atașat Declarații ofertant
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	Termen de garanție: 24 luni din momentul instalării.	Vezi atașat Declarații ofertant
Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu	Da, instalarea, darea in exploatare, instruirea ofertanților va fi efectuată de personal autorizat de producător	Vezi atașat Declarații ofertant
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.	Da, training-ul pentru utilizatori la instalare și la solicitare, precum și servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție vor fi efectuate de personal autorizat de producător.	Vezi atașat Declarații ofertant
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	Da, în cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	Vezi atașat Declarații ofertant

Cerința autorității contractante	Specificație tehnică oferită	Referințe
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.	Da, pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune va fi de 24h.	Vezi atașat Declarații ofertant
Documente confirmative:		
La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:		
Manual de utilizator în limba română și engleză	Da, vezi atașat Manual utilizare	
Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	Da, vezi atașat Manual utilizare	
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Da, va fi oferit la livrarea produsului.	