

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1646314889167 din: 14 mart 2022, 14:00 - 24 mart 2022, 8:00

**Obiectul achiziției:** Consumabile necesare Secția urologie cu cabinet enduorologie pentru anul 2022 REPETAT

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
1	33140 000-3	<b>Lot 1. Ansa polipectomie universala (gastro-colono)</b>	CJ-ADR-23	Franța/ China	Life Partners Europe/ Jiangsu Vedkang	Ansa asimetrica diam-15 mm(la cerere), in canulă transparenta.Lungimea-2300 mm	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
2	33140 000-3	<b>Lot 2. Balon dilatator esofagian</b>	BDC-xxx + ghid nitinol 400 cm	China	Micro-Tech	Cu lungime balon-80 mm, diametru -25-30 mm, marker radioopac, Presiune-2 atm,7 Fr, 1100-1300mm, cu vârf distal atraumatic.	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
3	33140 000-3	<b>Lot 3. Canula ERCP controlabila</b>	PR-233Q	Japonia	Olympus	Controlabila,cu un canal, capătul "Tapered Tip" 5.5 Fr și posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal. lungimea- 200 cm, pentru canal- 2.8 mm	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
4	33140 000-3	<b>Lot 4. Cannula ERCP controlabila</b>	PR-233Q	Japonia	Olympus	Cu un canal pentru ghid 0,035 inch, porțiunea distala cu posibilitatea de a-si schimba unghiul până la 60 grade, capătul standard sau "tip-bila" lungimea - 210 si mai mult cm, pentru endoscop cu canal - 2.8 mm	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
12	33140 000-3	<b>Lot 12. Container pentru polipii excizati</b>	BBP-50	China	Micro-Tech	Container pentru polipii înlăturați endoscopic, posibilitatea expedierii la laborator, cu capac, cu un conector la endoscop si altul la aspirator.	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
14	33140 000-3	<b>Lot 14. Capac pentru capătul distal al endoscopului</b>	XT-DL-xx	China	SHANGXIA N	Pentru disectie endoscopica, se îmbracă pe capătul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm, la solicitare, din plastic moale cu 2 orificii pentru irigare si drenare pasiva.	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
16	33140 000-3	<b>Lot 16. Piesa bucala</b>	NLS/BBS – O2	Franța/ China	Life Partners Europe/ Hangzhou AGS MedTech	Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulți, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
18	33140 000-3	<b>Lot 18. Cearșaf pentru acoperirea mesei</b>	NLS-SF3/M	Franța	Life Partners Europe	Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice 10 buc in set	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
19	33140 000-3	<b>Lot 19. Injector endoscopic</b>	IN12-xxx	China	Micro-Tech	Lungime 1600-2300mm, diametrul 2,3-2,5mm, ac 5,0-9,0mm, 21 G,cu un canal	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
20	33140 000-3	<b>Lot 20.Set Electroade pentru disectie endoscopica</b>	KD-612U + KD-640L + KD-620UR	Japonia/ China	Olympus/ Micro-Tech	Setul contine: electrod cu cap de ceramica-1 buc., electrod patruleter-1 buc., electrod cârlig-1 buc., lectrod drept cu posibilitate de injectate a lichidelor-1	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>

			(Olympus) + MK-I-2-235 (Micro-Tech)			buc. Lungimea totala 180-250 cm, Lungimea electrodului activ la solicitare.		
21	33140 000-3	<b>Lot 21. Balon pentru sfincteroplastie papilară</b>	BD-210N-xxx	Japonia	Olympus	Balon pentru sfincteroplastie (pentru evitarea pancreatitelor postsfincterotonice) cu canal pentru ghid metalic, lungime 240 cm, diam 2,3 mm. Lungime balon-30 mm, diametrul 6-12 mm.	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**