

			Specificații tehnice (F4.1)						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. qcds-b3wdp1-MD-1726664629180					Data: „18” noiembrie 2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2025					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (adult)		REXTON BiCore B M10	Danemarca	WSAUD A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (pentru adulți) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an Ieșirea maximală - 128 dB și mai mult Căștigul maximal - 56-80 dB Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Anti-feedback- Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deoalarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - 2023 (Declarație producător în setul de acte) • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1 an (declarație producător în setul de acte) • Ieșirea maximală - 129 dB (fișa de date tehnice - pag.3) • Căștigul maximal - 65 dB (fișa de date tehnice - pag.3) • Nivelul de zgomot - 19 dB (fișa de date tehnice - pag.3) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 100Hz (fișa de date tehnice - pag.3) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 8100Hz (fișa de date tehnice - pag.3) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 4/2/2/-% (fișa de date tehnice - pag.3) • Anti-feedback- Prezent (Rexton Catalog H2 2024 - pag. 28) • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.8) • Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil - prezent: Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</u> 1. Date tehnice BiCore B M 10 2. Rexton Catalogue H2 2024	
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adult)		REXTON BiCore B P10	Danemarca	WSAUD A/S	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA Nu mai puțin de 1an Ieșirea maximală 134 dB și mai mult Căștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deoalarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - 2023 (Declarație producător în setul de acte) • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1 an (declarație producător în setul de acte) • Ieșirea maximală - 139 dB (fișa de date tehnice - pag.2) • Căștigul maximal - 82 dB (fișa de date tehnice - pag.2) • Nivelul de zgomot - 15 dB (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 140Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 6300Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/4/1/-% (fișa de date tehnice - pag.2) • Anti-feedback- Prezent (Rexton Catalog H2 2024 - pag. 29) • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.8) • Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil - prezent: Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</u> 1. Date tehnice BiCore B P 10 2. Rexton Catalogue H2 2024	

33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (adulti)	SIGNIA Stretta HP	Danemarca	WSAUD A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA- Nu mai puțin de 1an Ieșirea maximală - 140 dB și mai mult Căștigul maximal- 81dB și mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5000 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogrammei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deolăsarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	• Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării)-2022 (Declarație producător în setul de acte) • Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică - Nu mai puțin de 1an (Declarație producător în setul de acte) • Ieșirea maximală - 141dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Căștigul maximal - 81 dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Nivelul de zgomot - 17 dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 120 Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 5900Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/4/1/-% (fișa de date tehnice - pag.2) • Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului - 32 (fișa de date tehnice - pag.6) • Anti-feedback - Prezent (fișa de date tehnice - pag.6) • Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogrammei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici a protezlor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). <u>Acceste date pot fi gasite în următoarele documente:</u> 1. Date tehnice Stretta HP 2. Stretta_Catalog	

Semnat: Chirtoacă Ludmila, în calitate de: Administrator
Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49