

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1667559084392 din 05.12.2022							
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină a ofertantului	Standarde de referință
1	2			3		5	6		
33100 000-1	78	Lame histologice de sticla	Lame histologice de sticla	Tissue-Tek® AutoWrite® Non-Adhesive Ground Edges 90°CC White, 50x50/pes COD 9562, pag. 43 Catalog produs	Japonia	Sakura	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticla sodică clasa hidrolică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de 50 de bucăți. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticla sodică clasa hidrolică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de 50 de bucăți. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	CE, ISO
33100 000-1	79	Lame pentru microtom MX35	Lame pentru microtom MX35	Accu-Edge® Low-Profile Hard Tissues (N35), 50/cs COD 4690, pag. 45Catalog produs	Japonia	Sakura	lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni.	CE, ISO
33100 000-1	82	Casete histologice cu capace	Casete histologice cu capace	Tissue-Tek® Uni-Cassette® COD 4170, Catalog produs pag. 33	Japonia	Sakura	(material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului biptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	(material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului biptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere să fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4