

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1636459810351	Data: 12 nov 2021, 9:02 - 17 nov 2021, 2:32	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Controlul parametrilor fluxului radiologic a dispozitivelor medicale (conform specificației atașate)	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Model ul articol ului	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	1. Philips DuoDiagnost	1. Philips DuoDiagnost	-	-	-	-	Oferta include următoarele lucrari: Pentru instalatii GR ,Fluroscopie, Tomosinteza ,DRG. - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). - Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. - HVL - Reproducerea si linearitatea mAs - Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), - Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura(nivelele de referinta elaborate de BENEFICIAR)(mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de sanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la masurari de baza: BEE AGD - Lucrarile ce necesita interventii speciale la utilaj se efectueaza de catre inginer service - Lucrarile se efectueaza in prezenta reprezentant institutie - Toate manipularile la utilaj se efectueaza exclusiv de personae autorizate . - Reprezentantii “DataControl” nu poarta raspundere nici sub o forma de defectiunile depistate sau survenite in cadrul testelor.(reprezentantii “DataControl” nu efectueaza careva manipulari la utilajul testat.	-
33100 000-1	1	2. Siemens Mobilet Plus E	2. Siemens Mobilet Plus E	-	-	-	-	Oferta include următoarele lucrari: Pentru instalatii GR ,Fluroscopie, Tomosinteza ,DRG. - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). - Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. - HVL - Reproducerea si linearitatea mAs - Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), - Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura(nivelele de referinta elaborate de BENEFICIAR)(mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de sanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la masurari de baza: BEE	-

								AGD • Lucrarile ce necesita interventii speciale la utilaj se efectueaza de catre inginer service • Lucrarile se efectueaza in prezenta reprezentant institutie • Toate manipularile la utilaj se efectueaza exclusiv de persoane autorizate . Reprezentantii “DataControl” nu poarta raspundere nici sub o forma de defectiunile depistate sau survenite in cadrul testelor.(reprezentantii “DataControl” nu efectueaza careva manipulari la utilajul testat.	
33100 000-1	1	3. Shimadzu Heart Speed F10	3. Shimadzu Heart Speed F10	-	-	-	-	Oferta include urmatoarele lucrari: Pentru instalatii GR ,Fluoroscopie, Tomosinteza ,DRG. 1. Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2. Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 3. HVL 4. Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura(nivelele de referinta elaborate de BENEFIICIAR)(mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de sanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la masurari de baza: BEE AGD • Lucrarile ce necesita interventii speciale la utilaj se efectueaza de catre inginer service • Lucrarile se efectueaza in prezenta reprezentant institutie • Toate manipularile la utilaj se efectueaza exclusiv de persoane autorizate . Reprezentantii “DataControl” nu poarta raspundere nici sub o forma de defectiunile depistate sau survenite in cadrul testelor.(reprezentantii “DataControl” nu efectueaza careva manipulari la utilajul testat.	-
33100 000-1	1	4. CT Revolution EVO	4. CT Revolution EVO	-	-	-	-	Oferta include urmatoarele lucrari: Pentru instalatii GR ,Fluoroscopie, Tomosinteza ,DRG. 1. Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2. Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 3. HVL 4. Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura(nivelele de referinta elaborate de BENEFIICIAR)(mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de sanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la masurari de baza: BEE AGD • Lucrarile ce necesita interventii speciale la utilaj se efectueaza de catre inginer service • Lucrarile se efectueaza in prezenta reprezentant institutie • Toate manipularile la utilaj se efectueaza exclusiv de persoane autorizate . Reprezentantii “DataControl” nu poarta raspundere nici sub o forma de defectiunile depistate sau survenite in cadrul testelor.(reprezentantii “DataControl” nu efectueaza careva manipulari la utilajul testat.	-
33100 000-1	1	5. C-arm Ziehm Vision Vario 3D	5. C-arm Ziehm Vision Vario 3D	-	-	-	-	Oferta include urmatoarele lucrari: Pentru instalatii GR ,Fluoroscopie, Tomosinteza ,DRG. 1. Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2. Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 3. HVL 4. Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura(nivelele de referinta elaborate de BENEFIICIAR)(mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de sanare si FOV (Body&Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la masurari de baza: BEE	-

								AGD • Lucrarile ce necesita interventii speciale la utilag se efectueaza de catre inginer service • Lucrarile se efectueaza in prezenta reprezentant institutie • Toate manipularile la utilaj se efectueaza exclusiv de personae autorizate . Reprezentantii "DataControl" nu poarta raspundere nici sub o forma de defectiunile depistate sau survenite in cadrul testelor.(reprezentantii "DataControl" nu efectueaza careva manipulari la utilajul testat.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**