

**SPECIFICAȚII TEHNICE**Solicitant: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii "V.Ignatenco"**

Numărul procedurii de achiziție:	<b>ocds-b3wdp1-MD-1773817324696 / 21582870</b>	<b>din 27 martie 2026</b>
Obiectul de achiziție:	<b>Necesarul de piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale pentru anul 2026</b>	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului /serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	
<b>3</b>		<b>Lot.3 Set filtre demineralizator Hydrolab Technical 30Plus</b>						
3.1	33100000-1	Set filtre demineralizator Hydrolab Technical 30Plus	EO-MA-12 EJ-5000-0 ER-RO-0401	Polonia	Hydrolab	Set filtre pentru demineralizator Hydrolab Technical 30Plus: 1. Modul filtru A2, ref.EO-MA-12, sodiu-carbonate filter-softener - 4 buc.; 2.Modul filtru H6, ref.EJ-5000-0, ion-exchange cartridge - 2 buc. 3.Reverse osmosis element, model 401, membrane no:05022 - 1 buc.	Set filtre pentru demineralizator Hydrolab Technical 30Plus: 1. Modul filtru A2, ref.:EO-MA-12, sodiu-carbonate filter-softener - 4 buc.; 2.Modul filtru H6, ref.:EJ-5000-0, ion-exchange cartridge - 2 buc. 3.Reverse osmosis element, model 401, membrane no:05022 - 1 buc.	CE, ISO
<b>6</b>		<b>Lot.6 Spirolog Flow Sensor (Set, x5)</b>						
6.1	33100000-1	Spirolog Flow Sensor (Set, x5)	8403735	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager Fabius Plus, ref.8403735	Flow sensor Spirolog, PC/ABS, 5 pcs., ref.8403735, produs original Draeger, compatibilitate naturală cu mașina de anestezie Drager Fabius Plus	CE, ISO
<b>14</b>		<b>Lot.14 Chit de mentenanță mașină de anestezie DRAGER Perseus A500</b>						
14.1	33100000-1	Chit de mentenanță mașină de anestezie DRAGER Perseus A500	MX08885 MX08890 MX08887 8603586	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Chit de mentenanță MX08885 + MX08890 - 1 set; Chit filtre 3 ani MX08887 + 8603586 - 1 set	Chituri de mentenanță: (ServSet MX08885 + ServSet MX08890) - 1 set; Chit filtre 3 ani (ServSet MX08887 + 8603586) - 1 set, produse originale Draeger, compatibilitate naturală cu mașina de anestezie Drager Perseus A500	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**