

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1590582280938				Data: „29” mai 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Implanturi spinale pentru intervenții chirurgicale Institutul Neurologie și Neurochirurgie				Lot: 1		Pagina: _1_din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Tub-Mesh de Titan	5896748	Turcia	TipMed	Diametru: 12mm; Lungime: 100mm; Grosimea: 1mm; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	Diametru: 12mm; Lungime: 100mm; Grosimea: 1mm; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	CE, ISO
33100000-1	2	Custi Intervertebrale (PEEK)	303/304/305 any one	India	Shagun Cares Inc	Dimensiuni : Lungime 12 mm, Lățime 14 mm, Înălțime 7-8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima intre corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Dimensiuni : Lungime 12 mm, Lățime 14 mm, Înălțime 7-8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima intre corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	CE, ISO
33100000-1	3	Placa occipitala, bilaterala (monobloc) de fixare preasamblate cu suruburi corticale	1010	India	Shagun Cares Inc	Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale D-4,5mm; L-10-12mm si trebuie sa fie incluse	Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale D-4,5mm; L-10-12mm si trebuie sa fie incluse	CE, ISO
33100000-1	4	Cirligi de fixare laminare	1007	India	Shagun Cares Inc	Diametru: 4,5mm;Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	Diametru: 4,5mm;Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	CE, ISO
33100000-1	5	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare	Poly Aexil dual thread modle III Cat No 1000-3520	India	Shagun Cares Inc	Diametru: 3,5mm; Lungime: 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte a filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător.	Diametru: 3,5mm; Lungime: 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte a filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător.	CE, ISO

33100000-1	6	Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm	52300400	China	MicroPort	Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr).	Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr).	CE, ISO
33100000-1	7	Conector transversal monoaxial, ajustabila 38-50 mm (compatibil cu tija D 3,0mm)	1004	India	Shagun Cares Inc	Conector transversal monoaxial, ajustabila 50-60mm (compatibil cu tija D 3,0mm) Colorate diferit pentru identificare simplă; .Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Fixatoarele pentru conectorul transversal(compatibile cu diametrul de bara) sa fie incluse.	Conector transversal monoaxial, ajustabila 50-60mm (compatibil cu tija D 3,0mm) Colorate diferit pentru identificare simplă; .Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Fixatoarele pentru conectorul transversal(compatibile cu diametrul de bara) sa fie incluse.	CE, ISO
33100000-1	8	Șurub pedicular monoaxial reductabil preasamblat cu piulița de blocare - 5,5x50mm	4823755-50	India	Shagun Cares Inc	Diametru: 5,5mm; Lungime: 50mm; monoaxiale, reductabile (cu cap lung); 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător	Diametru: 5,5mm; Lungime: 50mm; monoaxiale, reductabile (cu cap lung); 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător	CE, ISO
33100000-1	9	Șurub pedicular poliaxial cu suprafata lucratoare prelucrata cu plazma, preasamblat cu piulița de blocare - 5,5x50mm	52328050	China	MicroPort	Diametru: 5,5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 6. Suprafata lucratoare prelucrata cu plazma dupa metoda ICP “Inductively Coupled Plasma” cu dimensiunea porilor 75-100 micrometri pentru fixarea maximă durabilă cu țesutului osos (Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.) - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător.	Diametru: 5,5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 6. Suprafata lucratoare prelucrata cu plazma dupa metoda ICP “Inductively Coupled Plasma” cu dimensiunea porilor 75-100 micrometri pentru fixarea maximă durabilă cu țesutului osos (Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.) - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător.	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele
Jighili Tatiana
În calitate de:
administrator
Ofertantul: _____



SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301