

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr.ocds-b3wdp1-MD-1764835990033 din 30.12.2025

Obiectul achiziției: Consumabile stomatologice și dezinfectanți la Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

| N/o | Denumirea bunurilor                                      | Denumirea modelului bunului                                     | Țara de origine | Producător              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                          | Standarde de referință |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                        | 3                                                               | 4               | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                               | 8                      |
| 6   | 6. Aplicatoare Microbrush                                | Microaplicator MA-100 Mediu                                     | China           | Osakadent GROUP LIMITED | Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vîrfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x 100 aplicatoare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | Micro aplicatoare Medium de culoare galbenă de unica folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vîrfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x 100 aplicatoare. | CE/ISO                 |
| 8   | 8. Ață de refracție nr.0                                 | Ata de refracție impregnata cu sulfat de aluminiu 0 cod 103AS   | Coreea          | Atria Co.               | Fir p/u refracție gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                          | Fir p/u refracție nr.0 gingivală îmbibat cu sulfat de aluminiu. 254cm.                                                                                                                                                          | CE/ISO                 |
| 9   | 9. Ață de refracție nr.00                                | Ata de refracție impregnata cu sulfat de aluminiu 00 cod 102AS  | Coreea          | Atria Co.               | Fir p/u refracție gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                          | Fir p/u refracție nr.00 gingivală îmbibat cu sulfat de aluminiu lungimea 254cm.                                                                                                                                                 | CE/ISO                 |
| 10  | 10. Ață de refracție nr.000                              | Ata de refracție impregnata cu sulfat de aluminiu 000 cod 101AS | Coreea          | Atria Co.               | Fir p/u refracție gingivală îmbibat cu hemostatic min. 2,2m. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                          | Fir p/u refracție nr.000 gingivală îmbibat cu sulfat de aluminiu lungimea 254cm.                                                                                                                                                | CE/ISO                 |
| 11  | 11. Ață de refracție(nr.00)                              | Ata de refracție impregnata cu sulfat de aluminiu 00 cod 102AS  | Coreea          | Atria Co.               | Fir p/u refracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- împletită, lungimea min. 200 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni                                                                    | Fir p/u refracție nr.00 gingivală structura filamentului- împletită îmbibat cu sulfat de aluminiu lungimea 254cm.                                                                                                               | CE/ISO                 |
| 12  | 12. Ață de refracție(nr.000)                             | Ata de refracție impregnata cu sulfat de aluminiu 000 cod 101AS | Coreea          | Atria Co.               | Fir p/u refracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- împletită, lungimea min. 200. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                      | Fir p/u refracție nr.000 gingivală structura filamentului- împletită îmbibat cu sulfat de aluminiu lungimea 254cm.                                                                                                              | CE/ISO                 |
| 16  | 16. Bisturiu                                             | LUSB15 Lame pt bisturii SURGICAL BLADES STERILE N15             | Luxemburg       | LUX-SUTURES S.A.        | Nr. 15 (Cîte 100 buc. În cutie). Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                      | Nr. 15 (Cîte 100 buc. În cutie). Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                          | CE/ISO                 |
| 21  | 21. Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 02 | OSA-P1A-02MM Conuri de hartie 02 marcate                        | China           | Osakadent GROUP LIMITED | Min. 60 buc. nr.15-40 asortate. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                       | Conuri de hârtie marcate conicitatea 02 pentru uscarea canalelor radiculare; Standart ISO; Asortate - nr. 15-40. Prezentare: cutie 200 buc.                                                                                     | CE/ISO                 |

|    |                                                           |                                             |       |                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 22 | 22. Conuri de hârtie absorbante, asortate, conicitate 04  | OSA-P1A-04MM<br>Conuri de hartie 04 marcate | China | Osakadent GROUP LIMITED                     | Min. 60 buc. nr.15-40 asortate.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                | Conuri de hârtie marcate conicitatea 04 pentru uscarea canalelor radiculare; Standart ISO; Asortate - nr. 15- 40.<br>Prezentare: cutie 100 buc. | CE/ISO |
| 54 | 54. Pachete sterile p/u sterilizarea instrumentelor stom. | Rulou de sterilizare 75 mm *200 m           | China | Ningbo Mingtai Medical Instrument Co., Ltd. | Rulou, Lăţimea de 75 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calităţii sterilizării pe ambalajul respectiv.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni. | Rulou, Lăţimea de 75 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calităţii sterilizării pe ambalajul respectiv.                  | CE/ISO |
| 70 | 70. Rulou pachete de sigilare                             | Rulou de sterilizare 50 mm*200 m            | China | Ningbo Mingtai Medical Instrument Co., Ltd. | Rulou pachete de sigilare 50*200m. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                | Rulou, Lăţimea de 50 mm., lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calităţii sterilizării pe ambalajul respectiv.                  | CE/ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: or. Chişinău, str. Bucureşti 90