



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. 102-1122 din "23" 03 2022

Global Premier Group S.R.L.
info.globalpremier@gmail.com

SC Alexia Implant SRL
calugareanudmitrii@gmail.com

IMSP Institutul Mamei și Copilului
mamsicop@gmail.com

Copie: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
contestatii@ansc.md

Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668853205 din 24.12.2022 privind *Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2022* comunică **decizia de reevaluare a ofertelor din 22.03.2022 în temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și dezacordul operatorului economic Global Premier Group” SRL nr. 04 din 16.03.2022.**

Oferta operatorului economic SC Alexia Implant SRL pentru lotul nr. 1 „Dispozitive de implant cohlear” cu codul CI622 Slim Straight, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din legea sus menționată, nu a fost acceptată, după cum urmează: s-a solicitat *Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)*, s-a oferit doar port-electrod drept, cu modelul CI622 Slim Straight.

În același timp, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) conform deciziei nr. 03D-119-22 din 12.03.2022, a argumentat importanța identificării în ofertă „formularul specificații tehnice” modelele pentru ambele forme port-electrod drept și cu port-electrod perimodiolar, după cum urmează: *respectiv cerința se interpretează că ultimul va solicita la alegere portelectrod drept sau port-electrod perimodiolar. Astfel, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante atât în punctul său de vedere, cât și în cadrul ședinței deschise pentru soluționarea contestației or, posibilitatea de a oferta un implant cu un electrod drept sau perimodiolar avea să fie certă în situația în care nu era indicată mențiunea „la alegerea centrului de implant”, respectiv ca centrul de implant să poată să aleagă designul electrodului eventualul câștigător trebuie să poată să pună la dispoziție implant cu port-electrod drept și cu port-electrod perimodiolar”.*

Astfel, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) și d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, lotul nr. 1 „Dispozitive de implant cohlear” s-a anulat având în vedere că au fost depuse două oferte neconforme, ambele oferte au prezentat doar port electrod drept, Global Premier Group” SRL cu modelul SYNCHRONY 2 Mi1250 (cod 3670/ ED-EL Medical Electronics/ Austria și SC Alexia Implant SRL cu modelul CI622 Slim Straight.


Prin urmare, pentru lotul nr. 1 se va iniția o nouă procedură de achiziție publică cu privire la achiziția „Dispozitive de implant cohlear”, numai după revizuirea specificației tehnice de către membrii cooptați de la IMPS Institutul Mamei și Copilului, astfel, în cât specificațiile tehnice să asigure o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, fără a lasă loc de interpretări, și anume va fi modificată cerința tehnică *Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant), Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard; Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare și altele.*

Vă mulțumim pentru participare,

Anexă: Decizia ANSC nr. 03D-119-22 din 12.03.2022-33 file;

Cu respect,

Președintele grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

Ex.BOTICA Aurelia.

Tel. 022 222 364