

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1548838462638	Data: 11.03.2019	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale.	Lot: 17,18,19.	Pagina: __ din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lotul 17: Compresor BOTTARINI KS-124					
17.1	50421 000-2	Compresor BOTTARINI KS-124	Compresor BOTTARINI KS-124 –Schimbarea uleiului tip AEON 6000 FG la următoarele temperaturi ale compresurului (> 93 °C la 1000 h; 88-92 °C la 2000 h; 70-88 °C la 3000 h (ulei inclus) x8 ori/an. –Schimbarea filtrului de ulei (filtru inclus) x8 ori/an. –Schimbarea filtrului de aer (filtru inclus) x8 ori/an. –Schimbarea separator aer-ulei (separator inclus) x3 ori/an. –Schimbare curea de distribuție (curea inclusă) la necesitate. –Înlocuirea setului de etanșare arbore 20.000 h (set de etansare arbore inclus). –Înlocuirea rulmentilor motorului la fiecare 20.000 h (rulmenti inclusi). –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. –Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000 h (piese p/u reparație incluse). –Curatarea mecanica a radiatoarelor de ulei, x5 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	–Schimbarea uleiului tip AEON 6000 FG la următoarele temperaturi ale compresurului (> 93 °C la 1000 h; 88-92 °C la 2000 h; 70-88 °C la 3000 h (ulei inclus) x8 ori/an. –Schimbarea filtrului de ulei (filtru inclus) x8 ori/an. –Schimbarea filtrului de aer (filtru inclus) x8 ori/an. –Schimbarea separator aer-ulei (separator inclus) x3 ori/an. –Schimbare curea de distribuție (curea inclusă) la necesitate. –Înlocuirea setului de etanșare arbore 20.000 h (set de etansare arbore inclus). –Înlocuirea rulmentilor motorului la fiecare 20.000 h (rulmenti inclusi). –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. –Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000 h (piese p/u reparație incluse). –Curatarea mecanica a radiatoarelor de ulei, x5 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	
Lotul 18: Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550					

18.1	50421 000-2	Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550	Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550 –Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an. –Demontare supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an. –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an. –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an. –Schimbare sensor de oxigen (sensor O2 inclus) la necesitate. –Schimbare filtru INMATEC nou x2 ori/an. –Schimbare microfiltru INMATEC x2 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an. –Demontare supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an. –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an. –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an. –Schimbare sensor de oxigen (sensor O2 inclus) la necesitate. –Schimbare filtru INMATEC nou x2 ori/an. –Schimbare microfiltru INMATEC x2 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	
Lotul 19: Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120					
19.1	50421 000-2	Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120	Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120 –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip M., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip S., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip A., Schimbare noi x2 ori/an. –Curățarea radiatorului cu jet de aer comprimat. x8 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	–Demontare, verificare și curatare filtru aer tip M., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip S., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curatare filtru aer tip A., Schimbare noi x2 ori/an. –Curățarea radiatorului cu jet de aer comprimat. x8 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16,of.6