

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1668778023735 din 28/11/2022						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic digital de model X-Frame DR 2S. Producător: Italray Italia. Anul producerii 2014.	X-Frame DR 2S	Italia	ITALRAY	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO, DC
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de :Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Serviciile de mentenanță (solicitate) includ:		Serviciile de mentenanță oferite	
Denumirea		Servicii trimestriale	Servicii semestriale
1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice		Da	
2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare - dispozitiv de centrare		Da Da Da	
3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă - generator și tubul roentgen		Da Da Da	
4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare		Da	
5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: - verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite - verificarea parametrilor câmpului de lucru - verificarea dozei de expunere - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru - verificarea sensibilității și a pragului de contrast		Da Da Da Da Da	Da
6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipuletoarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de system - întreținerea preventivă a blocului electronic		Da Da Da Da Da Da Da Da Da	Da Da
7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme			Da
8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării		Da	
9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgeno optic		Da	
10. Alte servicii conform pașaportului tehnic		Da	
Condițiile speciale:			
- Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit. - Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor. - Prestatorul v-a efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi a cabinetelor radiologice digitale (între orele 14.00 și 18.00).		-Da, Autorizația radiologică Nr. 0826 din 15.10.2019, se anexează -Da, Certificatul de școlarizare al Producătorului ItalRay, se anexează -Da	

- La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea și deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum și să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui.	-Da
- Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidență a serviciilor de mentenanță.	-Da
- Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum și disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică.	-Da (fiind anunțat în prealabil de către prestator)
- Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice	-Da