

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783578598203/ 21647979 din 09 iulie 2026
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru serviciul Sterilizare conform necesităților IMSP SCTO anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Test Bowie – Dik	20.110 Bowie & Dick Test Pack (Wrap Type)	Turcia	Medster	121 °C - ,134 °C (externe) pentru autoclav Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	Pachet de test Bowie & Dick, destinat verificării funcționării sterilizatoarelor cu abur 121 °C - , 134 °C (externe) pentru autoclav. (pag.17 - Medster-katalog.pdf) Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	CE ISO
Lotul 2						
Test Biologic	85.091 Plasma Biological Indicator	Turcia	Medster	55 °C (exteme) pentru plasma, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130 Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	Test Indicator Biologic pentru sterilizator cu plasma – incubare timp de 24 ore, 55 °C (externe) pentru plasma, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130. (pag.34 - Medster-katalog.pdf) Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	CE ISO
Lotul 3						
Test indicator chimic	70.100 Plasma Indicator Strip (Type 4)	Turcia	Medster	Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130 Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	Test indicator chimic de tip bandă, 250buc/set, compatibilă cu Sterilizatorul RENO S-130. (pag.19 - Medster-katalog.pdf) Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	CE ISO

Lotul 4						
Sigilator medical automat pentru pungi sterile	MKC-400	Turcia	Medster	Putere - $\geq 150W$ Display - LCD Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului după detectarea poziționării – lateral Timp de încălzire - ≤ 10 sec Temperatura de sigilare - minim 120 - 200°C Viteza de etanșare - nu mai puțin de 10 metri/min. Lățimea maximă de etanșare - min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine - min. 0 - 35 mm, reglabilă Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului - da Protecție la supraîncălzire:- da Tensiune: 220V, 50Hz Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2025-2026 Instalare și punere în funcțiune - da Instruire personal medical - da Mentenanța perioada post garanție minim 3 ani (cu schimbarea pieselor) Livrarea - în termen de 15 zile de la solicitare	Putere - 500W - DA Display - LCD - DA Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului după detectarea poziționării – lateral - DA Timp de încălzire - 10 sec - DA (10 sec. de la 120°C la 180°C; 40 sec. de la temp.camerei la 180°C) Temperatura de sigilare - 60 - 220°C - DA Viteza de etanșare - 10 metri/min. - DA Lățimea maximă de etanșare - 12 mm - DA Distanța de etanșare față de margine - 0 - 35 mm, reglabilă - DA Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului - DA Protecție la supraîncălzire: - DA Tensiune: 220V, 50Hz - DA Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani - DA Fabricat 2025-2026 - DA Instalare și punere în funcțiune - DA Instruire personal medical - DA Mentenanța perioada post garanție minim 3 ani (cu schimbarea pieselor) - DA Livrarea - în termen de 15 zile de la solicitare - DA	CE ISO

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova