

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770988351457 din 13 februarie 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 92 Colposcop	IDW LED	Germania	Leisegang Feinmechanik-Optik GMBH	Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citocitologic și histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Specificatii: Sursă de lumină Tip halogen sau LED Putere $\geq 150W$ (pentru LED, echivalent)	S1. Da, colposcop cu sursa de lumina tip LED (conform extras broșura pag. 5, 7) S2. Superior, colposcop cu intensitate luminoasă egală cu 45.000 - 52.000 lx (conform extras broșura pag. 5, 7)	ISO, CE AMDM: DM00056 0513

				Țimp de viață lampă $\geq 500h$ Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥ 2 Înălțime reglabil Lampă de rezervă ≥ 1 Unghi de rotație ≥ 300 grade Unghiul de iluminare reglabil Obiectiv Înălțimea față de podea min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm Mișcarea orizontală ≥ 950 mm Binoculare obligatoriu	S3. Superior, timpul de viata al colposcopului este de lunga durata. Astfel, nu este necesara inlocuirea lampii LED (conform extras brosură pag. 7) S4. Da, suprafata colposcopului este rezistenta la prelucrare chimica. Totodata, colposcopul dispune de protectie grad IP 20 (conform extras manual de service pag. 15) S5. Da, colposcop ce dispune de 2 axe de rotatie: verticala si orizontala (conform extras manual de service pag. 10 si brosură pag. 13) S6. Da, colposcop ce permite reglarea inaltimei (conform extras brosură pag. 4, 13) S7. Superior, timpul de viata al colposcopului este de lunga durata. Astfel, nu este necesara inlocuirea lampii LED (conform extras brosură pag. 5, 7) S8. Da, colposcop cu unghiul de rotatie al standului > 300 grade (conform extras brosură pag. 13) S9. Da, colposcop cu unghi de iluminare reglabil (conform extras brosură pag. 4 si manual de service pag. 10) S10. Da, inaltimea de lucru este cuprinsa in intervalul 860 - 1260 mm (comform extras brosură pag. 13) S11. Superior, colposcop ce permite o miscare pe axa orizontala egala cu 1200 mm, mai exact 600 mm dreapta si 600 mm stanga (conform extras brosură pag. 13) S12. Da, colposcop binocular (conform extras manual de service pag. 10 si brosură pag. 4)	
--	--	--	--	---	--	--

				Compatibil cu linie histeroscopie obligatoriu Zoom 4, 6, 10, 16, si 25X Zoom optic Lentilă ≥ 18 Suport Mobil obligatoriu Diametru roți ≥ 6 cm Frână ≥ 2 Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Filtru verde da	S13. Cerința de compatibilitate cu linia histeroscopică nu este aplicabilă unui colposcop optic standard deoarece acesta nu dispune de interfețe video sau optice comune cu sistemele histeroscopice. Colposcopul oferat îndeplinește toate cerințele funcționale, specifice examinării colposcopice. S14. Superior, colposcop ce dispune de zoom optic in intervalul 3,75x - 30x (conform extras manual de service pag. 15) S15. Superior, colposcop cu magnificatia de pana la 30x (conform extras manual de service pag. 15) S16. Da, colposcopul va fi livrat impreuna cu un suport mobil, amplasat pe o baza cu 5 roti (conform extras brosură pag. 13) S17. Superior, diametrul rotilor este de 650 mm. Toate cele 5 roti dispun de sistem de franare (conform extras manual de service pag. 21) S18. Da, alimentarea colposcopului se face la 100-240V, 50 - 60 Hz (conform extras manual de service pag. 15) S19. Da, colposcop cu filtru verde inclus (conform extras manual de service pag. 10 si brosură pag. 7)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Negreșteni nr. 9, ap.(of.)11