

Specificatii tehnice (F4.1)

**Agencia de Mediu**

Numărul procedurii de achiziție: 21013696		Data: 13.11.2019		Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de laborator		Lot:		Pagina 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1		3	4	5	7
33100000-1	Balanță analitică de laborator	EAB 225i	Marea Britanie	Equinox	<p>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</p> <p>Displai electronic Diviziune: 0,01 mg Precizia: pina la 5 cifra dupa virguliă Capacitatea de cîntărire – pina la 200 g Linearity: <math>\pm 0,1</math> mg; Temperatura de ambientă admisibilă: + 30C, pină la + 40C Temperatura de operare: + 10C pină la + 30C Termen de garantie minim 1an Certificat de calibrare de la producator. Înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsură.</p>
					8
					ISO,CE

Semnat:  Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: Proflabdiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

