

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1767694983626_06.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026 - Repetat

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ numar inregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	
17	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)	Lame de microscop standard Superfrost galbene, recomandat e pentru HE si coloratii speciale-AA0000833	Netherl ands	Epredia Netherlands BV	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată	Lame de microscop standard Superfrost galbene, recomandate pentru HE si coloratii speciale-AA00008332E01MNZ10 Lame histologice superfrost, margine galbină, Lame de microscopie 26 X 76 X 1.0 mm (+0/-1.0 mm) mm, grosime 1,00 mm, margine galbină, 50 bucăți per cutie, Bucată	DM000799008 Rg04-000366, 06-12-2024

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ numar inregistrare AMDM
		2E01MNZ10					
22	Lame histologice de sticla (006194)	Lame de microscop standard Superfrost albe, recomandat e pentru HE si coloratii speciale- AB0000803 2E01MNZ10	Netherlands	Epredia Netherlands BV	Lame histologice de sticla (006194), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodant la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	Lame de microscop standard Superfrost albe, recomandate pentru HE si coloratii speciale-AB00008032E01MNZ10 Lame histologice de sticla, Foarte transparente și achromatice, practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: 76 x 26 mm, grosime 1.0 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodant la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. Se ofera 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	DM000798991 / Rg04-000366, 06-12-2024

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ numar inregistrare AMDM
30	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206)	Lamele histologice de acoperire 50x24mm- A79210051	Netherl ands	Epredia Netherlands BV	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza, Bucată	Lamele histologice de acoperire 50x24mm- A79210051 Foarte transparente și achromatice practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată; dim. 50x24mm/0,16-0,19 mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator. Sunt compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. Se ofera 50 de lame ca mostre pentru analiza.	DM000800608, Rg04-000384, 19-12-2024
49	Cuțite (lame) pentru microtom	Lame pentru microtom MX35- 3053835	Netherl ands	Epredia Netherlands BV	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017), Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi	Lame pentru microtom MX35- 3053835 Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade, Cuțite (lame) pentru microtom;	DM000679992, Rg04-000089, 12-04-2024

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/ numar inregistrare AMDM
	34 grade (G48017)				de 34 grade; oțel-carbon; sterile, ambalate câte 50 în cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă, Bucată	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; oțel-carbon; sterile, ambalate câte 50 în cutie; Se ofera 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă,	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 13.02.2026