

Specificații tehnice

			abel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,	
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813 din 16.10.2022	
Denumirea licitației:			achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6		8
33100 00-1	4	Sistemul de purificare a apei pentru dializă	Sistemul de purificare a apei pentru dializă	Modula Reverse Osmosis System	Germania	DWA	Stație de purificare a apei pentru hemodializă Cod Specificație individuală Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici stație de osmoză inversată Display da Tehnologie de economisire a apei da Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 2 - 5 Bari Carcasă și tuburi oțel inoxidabil Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă da Dezinfecție termică / chimică a conturului da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 250 l/oră SID ≤ 5 Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari Sistem de prefiltrare Valvă de protecție acționată electric da Valvă de reducere presiune da Sistem de filtrare cu nisip Rezervor cu nisip + controler programabil Filte de prefiltrare a apei în trei etape (cel puțin) "fitru 20 (μm) fitru carbune activ fitru 5 (μm)" Robinete de închidere la fiecare filtru da Furtun, coturi, elemente de conexiune da Sistem de dedurizare a apei Cu debitmetru și sistem de bypass da Standarde ISO 13959: 2015 / ISO 13485: 2016 da Manuale manual de utilizare în limba de stat da manual de service în limba engleza da Garanție minim 12 luni	Stație de purificare a apei pentru hemodializă. Descriere: Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă - Da, pag.2 Brochure_modula.pdf; Parametrul Specificația: Caracteristici stație de osmoză inversată Display - Da, pag.2 Brochure_modula.pdf „Back-lit display”; Tehnologie de economisire a apei - Da, pag.2 Brochure_modula.pdf „Water saving technology / Permeate recirculation”; Alimentare tensiune 220V, 50Hz - Da, pag.4 Brochure_modula.pdf; Presiune de intrare a apei de 2-5 Bari - Da, atât prefiltrarea, cât și stația de osmoză inversă pot fi conectate la o presiune de alimentare de 2-6 bar, Componente_stație_apă.pdf; Carcasă și tuburi oțel inoxidabil - Da, pag.4 Brochure_modula.pdf „Hygienic stainless steel tubing and frame”; Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă - Da, dezinfecție RO+Ring, pag.4 Brochure_modula.pdf „2 sampling and disinfection points (raw water and permeate)”; Dezinfecție termică / chimică a conturului - Da, dezinfecție chimică, în oferta de preț este inclusă pompa pentru dezinfectare și setul de extensie pentru aceasta, pag.7 Componente_stație_apă.pdf; Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 250 l/oră - Da, 350 – 1,750 l/h la 12°C, pag.6 Componente_stație_apă.pdf SID ≤ 5 - Da, SDI<3, pag.4 Brochure_modula.pdf; Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari - Da, pag.4 Brochure_modula.pdf „2 – 5 bar”; Sistem de prefiltrare: Valvă de protecție acționată electric - Da, pag.1 Componente_stație_apă.pdf „ball valve with electrical drive”; Valvă de reducere presiune - Da, pag.1 Componente_stație_apă.pdf „Back flush filter and pressure-reducing valve”; Sistem de filtrare cu nisip Rezervor cu nisip + controler programabil - Da, pag.2 Componente_stație_apă.pdf „Sand Filter System”; Filte de prefiltrare a apei în trei etape (cel puțin) - Da, 2 x 20" 20 μm, 2 x 20" 10 μm, 2 x 20" 5 μm, pag.3-5 Componente_stație_apă.pdf; fitru 20 (μm) - Da, 2 x 20" 20 μm, pag.3 Componente_stație_apă.pdf; fitru carbune activ - Da, sistem de filtrare a apei cu cărbune activ, pag.3 Componente_stație_apă.pdf; fitru 5 (μm) - Da, 2 x 20" 5 μm, pag.5 Componente_stație_apă.pdf; Robinete de închidere la fiecare filtru - Da, pag.3-5 Componente_stație_apă.pdf „2 ball valves with non return valve”; Furtun, coturi, elemente de conexiune - Da, pag.1 Componente_stație_apă.pdf „Installation material for the quoted pre-filtration systems to pipe installation (plastic)”; Sistem de dedurizare a apei cu debitmetru și sistem de bypass - Da, pag.4 Componente_stație_apă.pdf „Softener system 200°dHm³ with volume control”; Standarde ISO 13959: 2015 / ISO 13485: 2016 - Da, ISO:13485; Manuale manual de utilizare în limba de stat - Da; Manual de service în limba engleza - Da; Garanție minim 12 luni - Da.	ISO, CE, DOC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durești, str. Durești, 4, MD-2071