

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1588675452980	Data: 7 mai 2020, 13:00 - 12 mai 2020, 13:30	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației: Chit de mentenanță și valvă de admisie a apei pentru mașina de spălat endoscoape OLYMPUS ETD4	Lot: 1,2	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință												
1	2	3	4	5	6	7	8												
3310000 0-1	Chit de mentenanță	Set de piese de schimb: Lampa K36-L + Flow adapter tip 1-4 buc si Tip 2-2 buc + Spring tip 1,2 si 3 – 1 buc. Fiecare Oring pentru LT – 2 buc	Japonia	Olympus	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Denumire</td> <td>Chit de mentenanță</td> </tr> <tr> <td>Dispozitiv compatibil</td> <td>Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Componența chitului de mentenanță</td> <td>Lampă UV</td> </tr> <tr> <td>Conectoare la endoscoape 2 tipuri și flow adapter sigilare 3 tipuri</td> </tr> <tr> <td>Inele din cauciuc pentru testarea scurgerilor</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cerințe suplimentare</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instalarea chitului de mentenanță</td> </tr> </table>	Denumire	Chit de mentenanță	Dispozitiv compatibil	Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4	Componența chitului de mentenanță	Lampă UV	Conectoare la endoscoape 2 tipuri și flow adapter sigilare 3 tipuri	Inele din cauciuc pentru testarea scurgerilor	Cerințe suplimentare		Instalarea chitului de mentenanță		Set de piese de schimb Lampa K36-L Flow adapter tip 1-4 buc si Tip 2-2 buc Spring tip 1,2 si 3 – 1 buc. Fiecare Oring pentru LT – 2 buc Instalarea este inclusă.	CE/ISO
Denumire	Chit de mentenanță																		
Dispozitiv compatibil	Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4																		
Componența chitului de mentenanță	Lampă UV																		
	Conectoare la endoscoape 2 tipuri și flow adapter sigilare 3 tipuri																		
	Inele din cauciuc pentru testarea scurgerilor																		
Cerințe suplimentare																			
Instalarea chitului de mentenanță																			
3310000 0-1	Valvă de admisie a apei	B1/10	Japonia	Olympus	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Denumire</td> <td>Valvă de admisie a apei</td> </tr> <tr> <td>Garanția</td> <td>Minim 1 an</td> </tr> <tr> <td>Dispozitiv compatibil</td> <td>Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cerințe suplimentare</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instalarea valvei</td> </tr> </table>	Denumire	Valvă de admisie a apei	Garanția	Minim 1 an	Dispozitiv compatibil	Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4	Cerințe suplimentare		Instalarea valvei		Valva de admisie apa Cod B1/10, Olympus Japonia Garantie 6 luni Instalarea este inclusă.	CE/ISO		
Denumire	Valvă de admisie a apei																		
Garanția	Minim 1 an																		
Dispozitiv compatibil	Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4																		
Cerințe suplimentare																			
Instalarea valvei																			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**