

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1720711430863**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12)**

Autoritatea contractantă: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire a lot	Denumire a pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	24.	Monitor Doppler fetal	Monitor Doppler fetal	FM-200	China	SHENZHEN BIOCARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	<p>Descriere Parametru Frecvența ultrasunetului 3 MHz $\pm 10\%$ Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni da Presiunea negativă de vârf mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal 50-240 bătăi / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W min. 0,7 W Temperatura de funcționare 5-40 ° C Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator da Bloc de alimentare: acumulator sau încărcător baterii da</p>	<p>Descriere Parametru Frecvența ultrasunetului 3 MHz $\pm 5\%$ - da (p.34) Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni - da (p. 25) Presiunea negativă de vârf mai mică de 0,1 MPa -da (p. 34) Rata de ritm cardiac fetal 50-240 bătăi / min - da (p.34) Putere de ieșire audio: 0,5 W/8Ω poate fi conectat cu căști, iar volumul este reglabil - da (p.35) Temperatura de funcționare 5-40 ° C - da (p.35) Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator - da (p.36) Bloc de alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5 V (AA) (nereîncărcabile), iar timpul de monitorizare continuă este de peste 5 ore. - (p.35)</p>	CE/ISO/Declarația de Conformitate

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova