

### Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1709552096143 din 27 martie 2024
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mănuși sterile în pereche, N7 din latex cu pudră	perechi	250	3,27	3,5316	817,50	882,90	Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat	
	Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 20 min,	buc	2000	0,1999	0,2159	399,80	431,80		
	Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 180°C 60 min	buc	2000	0,1999	0,2159	399,80	431,80		
	Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 132°C 20 min	buc	2000	0,1999	0,2159	399,80	431,80		
	<b>TOTAL</b>					<b>2016,90</b>	<b>2178,30</b>		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

## Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1709552096143 din 27 martie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	Mănuși sterile în pereche, N7 din latex cu pudră	MUMU N7/N6	Malaiezia	TG MEDICAL SDN. BHD.	Mărimea N6 din latex cu pudră, pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot	Mărimea N6 sau N7 din latex, slab pudrate, pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot. La solicitare se va prezenta mostră	CE/ISO
	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 20 min,	STERIL AN UP 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE/ISO
	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 180°C 60 min	STERIL AN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE/ISO
	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 132°C 20 min	STERIL AN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia