



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-2545 din 01 09 2021

**OE participanți la procedura de achiziție  
IMSP beneficiari**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1623402942659 privind *Achiziții Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară 9, pentru anul 2021)*, Vă comunică că conform deciziei din 01.09.2021 în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției) au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea oferită	Pretul fără TVA	Pretul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Câștigător
1	1.Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta (300200)	1	309 000	370800	309 000	370800	Mirror 2 Touch	China	Lanmage	Medpunkt SRL
2	2.Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) (110330)	1	257 300	308 760,00	257 300	308 760,00	MV300	Rusia	Treatment Electronic	Romedcom
3	Sistem radiografic digital	1	2 080 000	2496000	2 080 000	2496000	Proteus XR	SUA si Spania	GE Health care si SEDE CAL	INTERMED <i>Cosedol</i>
4	4.Ultrasonografic digital cardio vascular	1	1 835 000	2 202 000,00	1 835 000	2 202 000,00	APLIO 1700	JAPONIA	CANON MEDICAL SYSTEMS	MEDEXCOM-TEH SRL

5	5. Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	14	11 750	14 100,00	164500	197400	New Hospivac3 50	Italia	Ca-Mi	ICS Eyecon Medical SRL
7	7. Ultrasonograf general general pediatric	1	1 112 000	1334400	1 112 000	1334400	Arietta 65	Japonia	Fujifilm (Hitachi)	DataControl SRL
8	8. Autoclav 800 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate)	1	924 500	1 109 400,00	924 500	1 109 400,00	ADELA2 CKK 800L	Turcia	SUMER	ICS Eyecon Medical SRL
9	9. Spirograf (260500)	1	37 500	45000	37500	45000	Pony FX + Seringa + Filtre + Cleste nas + Hirtie	Italia	Cosmed	„Dutchmed-M” SRL
10	10. Balon resuscitare AMBU copii (110420)	1	600	720	600	720	GT012-300A	China	Ningbo Greetmed	IM Natusana SRL
11	11. Balon resuscitare AMBU adulti (110430)	3	600	720	1800	5400	GT012-300A	China	Ningbo Greetmed	IM Natusana SRL
12	12. Laringoscop adult standard (110600)	1	4 800	5760	4 800	5760	03.11000.721+03.12010.612+03.12010.622+03.12010.632+03.12010.642+03.90003.001	Germania	Kirchner & Wilhelm	GBG-MLD SRL
13	13. Defibrilator extern, automat (130410)	1	35 500	42600	35 500	42600	BeneHeart C1A	China	Mindray	IM „Dutchmed-M” SRL
15	15. Sterilizator 110 L (270330)	2	19 000	22800	38 000	45600	HAS-T105	China	Biobase	DataControl SRL



18	18.Lampa germicida (varianta mobila) (130160)	2	4 320	5184	8640	10368	OBHE-225M	Ucraina	Zavet	GBG-MLD SRL <i>Anulet</i>
19	19.Cintar mecanic pentru adulti (130730)	1	1 665.83	1999	1 665.83	1999	RGZ-200	China	Jiangsu Shuhong Medical	SA Tehoptimed
20	20.Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	1	700	840	700	840	GT130-200	China	Ningbo Greetmed	IM Natusana SRL
21	21.Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	1	9 129.17	10955	9 129,17	10955	90107102. ST11.W8	Turcia	Dolsan	IM Vivamed International SRL
23	23.Frigider reactivi 240-300L	2	32 500	39000	65 000	78000	BPR-5V250	China	Biobase	DataControl SRL
24	24.Frigider reactivi 400-600L	1	51 200	61440	51 200	61440	BPR-5V588	China	Biobase	DataControl SRL

**Pentru lotul nr. 3.Sistem radiografic digital**, oferta operatorul economic **Ancotec-Sistem**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei / Punctul focal de la podea - minim de la 40 pîna la 190 cm s-a oferit minim de la 45 pîna la 180 cm;

2. S-a solicitat Generator de raze X / Caracteristici / Intervalul mAs - minim 0.1mAs-640mAs s-a oferit 0.1-630 mA.

Operatorul economic **DataControl SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicita Generator de raze X / Timpul de expunere in intrevalul minim 0.001-10 sec. s-a oferit 0.001-6 sec;

2. S-a solicitat Tubul de raze X / Spot focal mic  $\leq 20$  kW s-a oferit 22 kW.

Operatorul economic **MEDEXCOM-TEH SRL** al treilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicita Sistemul BUCKY a mesei / Punctul focal de la podea - minim de la 40 pîna la 190 cm s-a oferit 29-188 cm;

2. S-a solicitat BUCKY vertical / Deplasarea verticala, cm - minim 150 cm (de la 40 -190 cm) s-a oferit 38.5-186.5 cm;

3. S-a solicitat Tubul de raze X / Spot focal mic  $\leq 20$  kW s-a oferit 35 kW.

Operatorul economic **SC "Imunotehnomed" SRL** al patrulea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Tip masă / Caracteristici / Înălțimea de la podea- fixa - intre valorile 70-80 cm s-a oferit 66 cm;
2. S-a solicitat BUCKY vertical / Deplasarea verticala, cm - minim 150 cm (de la 40 -190 cm) s-a oferit 32-185 cm;
3. S-a solicitat Tubul de raze X / Spot focal mic  $\leq 20$  kW s-a oferit 27 kW.

Operatorul economic **GBG-MLD SRL** al cincelea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Tip masă / Caracteristici / Înălțimea de la podea- fixa intre valorile 70-80 cm s-a oferit reglabilaă 30-52 cm;
2. S-a solicitat Detector / Caracteristicile detectorului / Greutatea admisibila pe tota suprafata este de minim 300 kg s-a oferit 150 kg;
3. S-a solicitat Tubul de raze X / Rata de răcire, HU/min  $\geq 300000$  s-a oferit 125000.

**Pentru lotul nr.4.Ultrasonografic digital cardio vascular**, oferta operatorul economic **DataControl SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat PROBE TIP / Linear/Vascular / Fregventa minim intre valorile de la maxim 4.0 MHz pina la minim 18.0 MHz s-a oferit 5-18.0 Mhz, L64;
2. S-a solicitat Convex/Abdomen / Adincima minima de scanare de la min. 2 pana la min. 49 cm s-a oferit 0.75-40 cm;
3. S-a solicitat ADINCIMEA DE SCANARE / minim intre valorile - 1 - 49 cm s-a oferit 0.75 - 40 cm.

**Pentru lotul nr. 6.Dispozitiv doppler a vaselor extra și intracraniene**, oferta operatorul economic **ÎM „Dutchmed-M” SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Linear pentru vizualizarea arterei carotide - 3 – 11 Mhz s-a oferit 4.4-13.5 Mhz, L12-3E, 192 element.

Operatorul economic **MEDEXCOM-TEH SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Linear pentru vizualizarea arterei carotide - 3 – 11 Mhz s-a oferit PLU-704BT, 4.8-11 Mhz;
2. S-a solicitat Sectorial pentru vizualizarea vaselor extra și intracraniene - 2-5 Mhz s-a oferit PSU-30BT, 2-4.8 Mhz.

Operatorul economic **INTERMED** al treilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Adâncimea scanării  $\geq 39$  cm s-a oferit 33 cm;
2. S-a solicitat STOCARE IMAGINI / Capacitate  $\geq 1$  TB s-a oferit 500 Gb.

**Pentru lotul nr.7.Ultrasonograf general general pediatric**, oferta operatorul economic **ÎM „Dutchmed-M” SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Diapazon frecvența MHz / p/u probe Bi-plane  $\geq 2-14$  MHz s-a oferit 2.6-12.8 Mhz;
2. S-a solicitat Diapazon frecvența MHz p/u probe convexe  $\geq 1-13$  MHz s-a oferit 1.3-12.8 Mhz;
3. S-a solicitat PROBE TIP, MHz Liniara (investigatii parti mici),  $L > 38\text{mm} \geq 5-18$  MHz s-a oferit 6-23 Mhz;
4. Convex, (investigatii abdominale) tehnologie monocristal ce permite o sensibilitate si rezolutie inalta  $\geq 2 - 8$  MHz s-a oferit 1.3-5.7 Mhz;
5. S-a solicitat Endocavitar 200 grade (investigatii transrectale si transvaginale)  $\geq 2-10$  MHz s-a oferit 2.6-12.8 Mhz;
6. S-a solicitat GAMA DINAMICĂ  $\geq 270$  dB s-a oferit 250 dB;
7. S-a solicitat STOCARE IMAGINI / Cine - da,  $> 60\ 000$  cadres-a oferit 41158.

Operatorul economic **MEDEXCOM-TEH SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat PROBE TIP, MHz / Convex, (investigatii abdominale) tehnologie monocristal ce permite o sensibilitate si rezolutie inalta s-a oferit tip standard, nu cu tehnologia monocristal.

**Pentru lotul nr.9.Spirograf (260500)**, oferta operatorul economic **Health Medical Solutions**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Eroarea la flux  $\leq 3\%$  s-a oferit 5%.

Operatorul economic **Romedcom** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Eroarea la flux  $\leq 3\%$  s-a oferit 5%.

Operatorul economic **DataControl SRL** al treilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Parametri mășurați FEV1, FEV1/FVC s-a oferit fara;
2. S-a solicitat Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC IRV, ERV, TV s-a oferit fara;
3. S-a solicitat Memorie / nu mai puțin de 300 teste grafice memorate s-a oferit 100 teste.

**Pentru lotul nr.13.Defibrilator extern, automat (130410)**, oferta operatorul economic **SRL Biosistem mld**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Baterie / Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare  $\geq 5$  ani, după care bateria poate fi înlocuită s-a oferit de tip reincarcabil;
2. S-a solicitat Baterie / Timp de operare  $\geq 300$  de descărcări la energia maximă s-a oferit 150 de descărcări la energia maximă(150 shocks at 360j) .

**Pentru lotul nr.14.Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura (250330 )**, oferta operatorul economic **DataControl SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Domeniul de temperatură - 5 - 70 grade C s-a oferit 5 - 65 grade C.

Operatorul economic **GBG-MLD SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Capacitate - 80 - 100 l s-a oferit 120 l.

**Pentru lotul nr.16.Negatoscop (210700)**, oferta operatorul economic **IM Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fara.

Operatorul economic **GBG-MLD SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fara.

Operatorul economic **DataControl SRL** al treilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fara.

**Pentru lotul nr.17.Lampa germicida (varianta de masa) (130130)**, oferta operatorul economic **Caravan Express**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Unghiul de iradiere - reglabil pîna la 100 grade s-a oferit fara.

**Pentru lotul nr.18.Lampa germicida (varianta mobila) (130160)**, oferta operatorul economic **Caravan Express**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Suportul Lampile fără reflector s-a oferit cu reflectoare.

Operatorul economic **SA Tehoptimed** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Suportul Lampile fără reflector s-a oferit cu reflectoare.

**Pentru lotul nr.21.Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)**, oferta operatorul economic **SA Tehoptimed**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Poziționare / Tredelinburg s-a oferit fara;
2. S-a solicitat Poziționare / Antitredelinburg s-a oferit fara.

**Pentru lotul nr. 22.Hotă – departamentul Biologie Moleculară**, oferta operatorul economic **GBG-MLD SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Pentru lotul nr.23.Frigider reactivi 240-300L**, oferta operatorul economic **Inoxplus SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:



1. S-a solicitat Capacitatea - 240 - 300 l s-a oferit 500 l;
2. S-a solicitat Refrigerent - R 600a s-a R134a;
3. S-a solicitat înregistrare permanentă a temperaturii și generarea raportului în format PDF s-a oferit fara.

**Pentru lotul nr.24.Frigider reactivi 400-600L**, oferta operatorul economic **Inoxplus SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Refrigerent - R 600a s-a R134a;
2. S-a solicitat înregistrare permanentă a temperaturii și generarea raportului în format PDF s-a oferit fara.

Pentru loturile neacoperite se va iniția procedură de achiziție nouă doar în urma revederii specificațiilor tehnice și a sumelor estimative după caz de către instituțiile beneficiare.

În acest context prezența necesarului revizuit în termen de până la 09.09.2021.

*Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" – "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".*

*Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 14.09.2021, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.*

Director



Ivan ANTOCI

## OE

Ancotec Sistem SRL - [achizitii@ancotec.md](mailto:achizitii@ancotec.md)  
Medexcom-Teh SRL - [achizitii@medexcom.md](mailto:achizitii@medexcom.md)  
Imunotehnomed SRL - [office@imunotehnomed.md](mailto:office@imunotehnomed.md)  
Neotec SRL - [ivs@neotec.md](mailto:ivs@neotec.md) , [agb@neotec.md](mailto:agb@neotec.md)  
Intermed SRL - [intermed\\_07@mail.ru](mailto:intermed_07@mail.ru)  
Vivamed International SRL - [info@vivamed-int.com](mailto:info@vivamed-int.com)  
Caravan Expres SRL - [scalicom srl@gmail.com](mailto:scalicom srl@gmail.com)  
„Meditech” SRL- [grossu.marina@gmail.com](mailto:grossu.marina@gmail.com)  
IM Natusana SRL- [Natusana-moldova@mail.ru](mailto:Natusana-moldova@mail.ru)  
Sofragrup SRL- [sofragrupsrl@gmail.com](mailto:sofragrupsrl@gmail.com)  
GBG MLD SRL - [office@gbg.md](mailto:office@gbg.md)  
Data Control SRL - [contact@datacontrol.md](mailto:contact@datacontrol.md)  
Paramed Grup SRL - [paramedgrup@yahoo.com](mailto:paramedgrup@yahoo.com)  
Berhord Farmed SRL - [Pharmed3@berhord.com](mailto:Pharmed3@berhord.com)  
Labromed Laborator SRL - [Labromed.laborator@gmail.com](mailto:Labromed.laborator@gmail.com)  
Dutchmed -M SRL - [dutchmedm@gmail.com](mailto:dutchmedm@gmail.com)  
M-Interfarma SRL - [info@minterfarma.md](mailto:info@minterfarma.md), [moraru.marin@minterfarma.md](mailto:moraru.marin@minterfarma.md) , [devices@minterfarma.md](mailto:devices@minterfarma.md)  
Lokmera SRL - [office@lokmera.md](mailto:office@lokmera.md)  
SC Ericon SRL - [ericonsrl@gmail.com](mailto:ericonsrl@gmail.com)  
Health Medical Solutions SRL - [srl.hms.moldova@gmail.com](mailto:srl.hms.moldova@gmail.com)  
Romedcom SRL - [romedcom@gmail.com](mailto:romedcom@gmail.com)  
Oxivit Med SRL- [info@oxivit-med.com](mailto:info@oxivit-med.com)  
Tehoptimed SA- [tehoptimed@inbox.ru](mailto:tehoptimed@inbox.ru)  
Pharmony SRL - [alexandru.sarco@pharmony.md](mailto:alexandru.sarco@pharmony.md)  
ÎCS EYECON MEDICAL SRL- [office@eyeconmedical.md](mailto:office@eyeconmedical.md)  
MedPunkt SRL- [medpunktmed@gmail.com](mailto:medpunktmed@gmail.com)

## IMSP beneficiari

SR Anenii Noi  
SR Hîncești  
SCM Sfanta Treime  
Institutul Mamei și Copilului  
SR Drochia  
Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile  
Centrul Republican de Diagnosticare Medicala  
Institutul Cardiologic