

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21551239/ocds-b3wdp1-MD-1768573008104							Data:„,02”februarie 2026	Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat)								Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	8	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum.	EI 2111-9601 M Treponema pallidum IgM,96 teste	Germania	Euroimmun	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti-Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti-Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa contine toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	DM000561958
3310000-1	8	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM, IgG anti Treponema palidum.	EI 2111-9601 G Treponema pallidum IgG,96 teste	Germania	Euroimmun	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgG anti-Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgG anti-Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa contine toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	DM000561957
3310000-1	9	Godeiuri pentru TPHA	Godeiuri pentru TPHA	5096/U/SG	Italia	Aptaca	Godeiuri pentru TPHA	Placi sterile pentru efectuarea testelor TPHA,forma ovala	DM000036525

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General
Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.