



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@ccapcs.md

Nr. Rg 02-1418 din 14 " 05 " 2022

OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1644250359768 privind *Dispozitivele medicale, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2022 (listă suplimentară 2)*, Vă comunică decizia din 13.05.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
1	1-59768	Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA)	1	5 488 800	5 488 800	5 488 800	5 488 800	NM (cod H3910AR/ Israel/ GE Medical System Functional Imaging	INTERMED

Ofertanții respinși/descalificați:

Sistemul Imagistic SPECT (GAMMA CAMERA)

- Oferta operatorului economic **Medexcom**:

În sensul art. 1 din Legea nr. 131/2015, oferta reprezintă un „act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice. Oferta cuprinde propunerea financiară, **propunerea tehnică**, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire”. Totodată, prevederile art. 1029 alin. (4) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, stabilesc că, oferta trebuie să fie fermă, univocă, serioasă și completă.

Astfel, CAPCS apreciază că neindicarea de către „MEDEXCOM-TEH” SRL în formularul F4.1 a informației exprese care să permită identificarea softului „Interview Xp”, are ca și efect aprecierea ofertei drept neconformă în măsura în care, aceasta afectează în mod substanțial și executarea eventualului contract, or potrivit lit. c) din Formularul de contract prevăzut în documentația menționată, specificația tehnică reprezintă o parte componentă și integrantă a contractului de achiziție publică, respectiv permite alestarea corespunderii specificațiilor tehnice și a îndeplinirii de facto a cerințelor asumate de către eventualul operator economic desemnat câștigător. În consecință, lipsa din conținutul ofertei a unor elemente esențiale, fac proba lipsei de fermitate sau de seriozitate a angajamentelor asumate, autoritatea contractantă fiind pusă în situația să încheie un contract cu clauze imprecise, ceea ce la momentul executării poate fi dezavantajos pentru ultima, iar prezentarea acestora după termenul limită de depunere a ofertelor și anume la etapa de evaluare a ofertelor o expune la o posibilă conduită speculativă din partea ofertantului care poate schimba aceste elemente în funcție de rezultatul procedurii, ofertanții fiind puși, astfel, în condiții inegale.

Totodată, „MEDEXCOM-TEH” SRL în formularul F4.1, declară că oferă „Interview SPECT Workstation +Interview FUSION”, iar ca urmare a clarificărilor solicitate de către autoritatea contractantă, **nr. 02-34 din 13.04.2022 și nr. 02-43 din 12.05.2022**, după termenul-limită de depunere al ofertelor, a prezentat documente și clarificări prin care modifică și declară suplimentar la „Interview SPECT Workstation +Interview FUSION” un alt „soft” și anume „Interview Xp”.

Totodată, art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 prevede că, autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, și se ia în considerare la evaluarea și compararea ofertelor. La acest aspect, CAPCS reține că prevederile invocate reglementează dreptul autorității contractante de a califica anumite necorespunderi ale ofertelor drept abateri neînsemnate de la cerințele documentației de atribuire. Totuși, la caz, CAPCS constată că omisiunea operatorului economic (neindicarea informației exacte cu referire la software, nu poate fi considerată o abatere neînsemnată în sensul art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015, în măsura în care aceste abateri nu pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei respective, în condițiile în care prezentarea unui „soft” suplimentar și anume „Interview Xp” de la același producător, care nu a fost declarat inițial în formularul Specificații tehnice, reprezintă în sine modificarea ofertei inițiale în sensul alin. (4) din articolul menționat.

Prin urmare, având în vedere cele constatate supra, CAPCS **va respinge** oferta „MEDEXCOM-TEH” SRL în conformitate cu art. 44 alin (2) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice “Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă”, or acțiunea autorității contractante de acceptare a ofertei contravine nu doar normelor legale citate supra, dar și principiului reglementat la art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015 și anume cel al tratamentului egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici.

Aprecierea dată se bazează și pe prevederile „Formularului de contract” din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, potrivit căreia părți componente și integrale ale contractului de achiziție publică sunt specificația tehnică și specificația de preț, iar, în conformitate cu acesta vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației tehnice, care este parte integrantă a prezentului Contract.

Mai mult, la luarea deciziei, CAPCS s-a condus și de prevederile sbpct. 5) pct. 77 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, care stipulează că „77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice **respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri: 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;**”

- Oferta operatorului economic **Vivamed International** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

ANSAMBLU DETECTORI: S-a solicitat FOV rectangular: minim 54x40 cm, s-a oferit 53.3x38.7;

PARAMETRI DETECTOR: s-a solicitat FWTM in CFOV: maxim 7,0 mm, s-a oferit 7.5 mm; s-a solicitat FWTM in UFOV: maxim 7,0 mm, s-a oferit 7.7 mm; s-a solicitat Rezoluție intrinseca de energie (FWHM in UFOV): maxim 9,5% s-a oferit 9,9%; s-a solicitat Absolută in UFOV: maxim 0,5 mm, s-a oferit 0.7 mm;


Rezoluție spațială SPECT reconstruită, împărștiere, pentru colimator de joasă energie și înaltă rezoluție folosind algoritmul FBP

S-a solicitat Radială: maxim 10 mm, s-a oferit 10.9 mm; Centrală: maxim 10 mm, s-a oferit 10.7 mm;

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **31.05.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

OE

MEDEXCOM-TEH SRL

IM Vivamed International SRL

INTERMED

Beneficiari

IMSP CRDM