

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1686821291794</b> din <b>21.06.2023</b>						
Obiectul achiziției: <b>Consumabile medicale pentru Terapie Intensivă</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	Gambert	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray. Determinarea FiO2 in circuitul respirator al masinii de anestezie Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray. Determinarea FiO2 in circuitul respirator al masinii de anestezie Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%	CE
Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarelor biologice din plaga tip "NOVOVAC"	4AHD600ST16	Turcia	Dort-A-Tip	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile. Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului- 600cc Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile. Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18 In set cu troacar 16CH si dren	CE

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**