

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1731942493455					Data: 19/12/2024	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025					Pagina: __din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard de referință/AM DM
33100000-1	1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator 1.3m2 (Codul produsului:OCI-HD130L)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 12 ml/oră Volumul de umplere 80 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 (TDS pag. 1-4)	DM000373372
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator 1.6m2 (Codul produsului:OCI-HD160L)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 14 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 (TDS pag. 1-4)	DM000373375

33100 000-1	3	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator 1.8m2 (Codul produsului:O CI-HD180L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 17 ml/oră Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 (TDS pag. 1-4)	DM000373377
33100 000-1	11	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Cateter Hemodializa (Codul produsului:H CT10033)	Turcia	ARES MEDIK AL SAN. TIC. LTD. STI.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Conform TDS și Broșura)	DM000375834

33100 000-1	77	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator 1.6m2 (Codul produsului:O CI-HD160L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 14 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 (TDS pag. 1-4)	DM000373375
33100 000-1	78	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți	Dializator 1.8m2 (Codul produsului:O CI-HD180L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 17 ml/oră Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 (TDS pag. 1-4)	DM000373377

33100 000-1	83	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălți	Cateter Hemodializa (Codul produsului: HCT10033)	Turcia	ARES MEDIK AL SAN. TIC. LTD. STI.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G $\varnothing 1,3-1,5 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,89-0,95 \times \geq 500$ mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,3-1,5 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,95 \times 700$ mm Dilatator 12F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Conform TDS și Broșura)	DM000375834
33100 000-1	101	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator 1.3m2 (Codul produsului: OCI-HD130L)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 12 ml/oră Volumul de umplere 80 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 (TDS pag. 1-4)	DM000373372

33100 000-1	102	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator 1.6m2 (Codul produsului:O CI-HD160L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 14 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 (TDS pag. 1-4)	DM000373375
33100 000-1	103	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator 1.8m2 (Codul produsului:O CI-HD180L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 17 ml/oră Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 (TDS pag. 1-4)	DM000373377

33100 000-1	107	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter Hemodializa (Codul produsului: HCT10033)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Conform TDS și Broșura)	DM000375834
33100 000-1	126	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator 1.8m2 (Codul produsului: O CI-HD180L)	China	Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 17 ml/oră Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 (TDS pag. 1-4)	DM000373377

33100 000-1	137	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	Dializator 1.6m2 (Codul produsului:O CI-HD160L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 14 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 (TDS pag. 1-4)	DM000373375
33100 000-1	138	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Dializator 1.8m2 (Codul produsului:O CI-HD180L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 17 ml/oră Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 (TDS pag. 1-4)	DM000373377

33100 000-1	143	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime,	Cateter Hemodializa (Codul produsului:H CT10033)	Turcia	ARES MEDIK AL SAN. TIC. LTD. STI.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Conform TDS și Broșura)	DM000375834
33100 000-1	160	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,	Cateter Hemodializa (Codul produsului:H CT10033)	Turcia	ARES MEDIK AL SAN. TIC. LTD. STI.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x 700 mm Dilatator 12F Viteza fluxului sangvin 500 ml/min. (Conform TDS și Broșura)	DM000375834

33100 000-1	162	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP scr	Dializator 1.8m2 (Codul produsului:O CI-HD180L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 17 ml/oră Volumul de umplere 106 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 (TDS pag. 1-4)	DM000373377
33100 000-1	163	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR,	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR	Dializator 1.6m2 (Codul produsului:O CI-HD160L)	China	Chengd u OCI Medical Devices Co., Ltd.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 3 ani Sterilizare cu γ iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 14 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 (TDS pag. 1-4)	DM000373375

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23