

Specificatii tehnice

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1768900677170 / 21552939 din 28.01.2026					Lotul 17	
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator, pentru anul 2026					Pagina 1 din 1	
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
17. Reagenți pentru analizator K/NA Caretium XI-931 CT						
17.1. Pack (1000ml)	Reagent Pack nr.catalog XI931CT	China	Caretium Medical Instruments, Co.,Ltd	1.Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inregistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. 2.Evaluarea sa sie efectuata pe tot lotul, termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura. 3. Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul.	Pak - reagent Standart solution A (650ml/bottle). Solution B (350ml/bottle). Reagentii sunt compatibili cu analizatorul Caretium XI-931 CT - conform cerintelor Înregistrat la AMDM cu nr. DM000381009.	ISO,CE,TUV, Declaratie Conformity
17.2.QC Control(50 fiole*2 ml)	QC solution, nr.catalog XI931-14	China	Caretium Medical Instruments, Co.,Ltd		QC Control - High value, Middle value, Low value. Reagentii sunt compatibili cu analizatorul Caretium XI-931 CT - conform cerintelor specificate Înregistrat la AMDM cu nr. DM000380994.	ISO,CE,TUV, Declaratie Conformity
17.3.K,Na,Cl filling solution	K,Na,Cl,pH filling solution, nr.catalog XI931-18	China	Caretium Medical Instruments, Co.,Ltd		K,Na,Cl,pH filling solution (15ml/bottle). Reagentii sunt compatibili cu analizatorul Caretium XI-931 CT - conform erintelor specificate Înregistrat la AMDM cu nr. DM000381997.	ISO,CE,TUV, Declaratie Conformity
17.4.Reference filling solution	Reference filling solution, nr.catalog XI931-20	China	Caretium Medical Instruments, Co.,Ltd		Reference filling solution (15ml/bottle). Reagentii sunt compatibili cu analizatorul Caretium XI-931 CT -conform cerintelor specificate Înregistrat la AMDM cu nr. DM000381998	ISO,CE,TUV, Declaratie Conformity
17.5.Solutie de spalare zilnica(Daily Clining)	Daily Cleaning solution(100ml) , nr.catalog XI931-15	China	Caretium Medical Instruments, Co.,Ltd		Daily Cleaning- Solutie de spălare zilnică (100ml). Reagentii sunt compatibili cu analizatorul Caretium XI-931 CT -conform cerintelor specificate Înregistrat la AMDM cu nr. DM000381995.	ISO,CE,TUV, Declaratie Conformity
17.6.Solutie de spalare saptaminala(Weekly Clining)	Weekly Cleaning Solution(100ml) nr.catalog XI931-16	China	Caretium Medical Instruments, Co.,Ltd		Solutie de spălare săptăminală (100ml). Reagentii sunt compatibili cu analizatorul Caretium XI-931 CT - conform cerintelor specificate Înregistrat la AMDM cu nr. DM000381996.	ISO,CE,TUV, Declaratie Conformity
— În calitate de: <u>Administrator</u> Ofertantul: <u>ProfilabDiagnostic SRL</u> Adresa: <u>mun. Chisinău, Dokucaev 6, of.61</u> Semnat electronic						