

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1580291814146	Data: 29 ian 2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: “Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2020”	Lot:	Pagina 1 din 1

Co-đul CPV 50400000-9	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand- arde de refer- ința
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2020							
Lot. 7	Analizator imunologic automat „Minividas”	miniVIDAS	Franța	bioMerieux	Servicii de mentenanță si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenție în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanță pentru 12 luni original	Servicii de mentenanță si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenție în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanță pentru 12 luni original	CE

Oferta este valabilă în decurs de 45 zile din data prezentării.

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclin AM**

Adresa: **Mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **19.02.2020**