

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1779375485266/21623111 din: 21.05.2026 conform SIARSAP Mtender Algae4FishRo-Md, JeMS code – ROMD00586							
Obiectul achiziției: Aparate de sterilizare, de dezinfectare și de igienizare							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
Lotul 2 Institutul de Zoologie, Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie							
2	Incubator termostațat de laborator cu ușă din sticlă	BJPX-H54BK(G)(220V)	China	Biobase	<p>Volum: 18 L, Ușa cu fereastră din geam dublu pentru control extern, fără a provoca variații de temperatură.</p> <p>Rafturi 2 unități, reglabile pe înălțime;</p> <p>Interval de temperatură: temperatura camerei + 5 °C până la 80 °C;</p> <p>Rezoluție: 1 C; Omogenitate: 2 %;</p> <p>Fluctuație de temperatură: ± 0,5 °C;</p> <p>Dimensiuni: exterioare – 44 x 38 x 55 cm și interioare – 26 x 26 x 26 cm;</p> <p>Greutate 20 kg;</p> <p>Siguranțe: 1 siguranță de 5A;</p> <p>Alimentare: 220V / 50-60 Hz, 600W</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	<p>Volum: 54 L, Ușa cu fereastră din geam dublu pentru control extern, fără a provoca variații de temperatură.</p> <p>Rafturi 2 unități, reglabile pe înălțime;</p> <p>Interval de temperatură: temperatura camerei + 5 °C până la 85 °C;</p> <p>Rezoluție: 1 C; Omogenitate: 2 %;</p> <p>Fluctuație de temperatură: ± 0,5 °C;</p> <p>Dimensiuni: exterioare – 522 x 626 x 587 mm și interioare – 395 x 364x 395 mm;</p> <p>Greutate 49,5 kg;</p> <p>Siguranțe: 1 siguranță de 5A;</p> <p>Alimentare: 220V / 50-60 Hz, 600W</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	CE, ISO
Lotul 3 Institutul de Zoologie, Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară, Subprogram 010701							
3	Sterilizator infraroșu anse microbiologice și bisturie	BK-HM35	China	Biobase	<p>Sterilizator pentru sterilizarea ansel microbiologice și bisturie. Temperatura de sterilizare cea 800-900 °C, material inox, sterilizare cu infraroșu, timp de sterilizare 5 – 7 secunde. Dimensiuni min.147 × 130 × 200 mm ± 40%. Diametrul produselor sterilizatoare min. 35 mm; Temperatura condițiilor de funcționare 5 – 40 °C;</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	<p>Sterilizator pentru sterilizarea ansel microbiologice și bisturie. Temperatura de sterilizare cea 840 °C max, material inox, sterilizare cu infraroșu, timp de sterilizare 2-5 secunde. Dimensiuni min.200 × 250 × 300 mm. Diametrul produselor sterilizatoare min. 35 mm; Temperatura condițiilor de funcționare 5 – 40 °C;</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	CE, ISO
Lot 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor							
5	Autoclav (Sterilizator cu aburi)	BZMZB	China	Biobase	<p>Volumul camerei minim 20 l</p> <p>Dimensiunile camerei, mm (diametru x adâncime) minim 210 x 550</p> <p>Volumul de apă distilată din rezervor 2 l</p> <p>Abateră temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare ± 3°C</p> <p>Tensiune de alimentare 220 V</p> <p>Consumul maxim de energie 1,4 kW</p> <p>Temperatura de oprire de urgență 145 °C</p> <p>Set de livrare Casete maxim 260 x 160 -4</p> <p>Caseta maxim 520 x 160 -2</p> <p>Suport casetă - 1</p> <p>Inserare - 1</p> <p>Capac rezervor - 1</p> <p>Termen de garanție 12 luni</p> <p>Termen de livrare 20 zile calendaristice de la semnarea contractului</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Pădurii 20</p>	<p>Volumul camerei minim 23 l</p> <p>Dimensiunile camerei, mm (diametru x adâncime) minim 247 x 470</p> <p>Volumul de apă distilată din rezervor 3,5 l</p> <p>Abateră temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare ± 3°C</p> <p>Tensiune de alimentare 220 V</p> <p>Consumul maxim de energie 1,95 kW</p> <p>Temperatura de oprire de urgență 137°C</p> <p>Set de livrare: 1 suport cu 3 țevi Suport casetă - 1</p> <p>Inserare - 1</p> <p>Capac rezervor - 1</p> <p>Termen de garanție 12 luni</p> <p>Termen de livrare 20 zile calendaristice de la semnarea contractului</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Pădurii 20</p>	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighii Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4